



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) •

Zestaw pytań nr 1

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Siemiatyczach  
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8  
tel./fax 85 655 28 25  
REG. 050653482, NIP 544-12-95-190

Siemiatycze, dnia 19.03.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI „

Numer sprawy: SP ZOZ BP/01/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający mając na uwadze czynniki ekonomiczne, oraz zasady uczciwej konkurencji, dopuści dostawę produktu leczniczego, mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu medycznego 50% sprężonych w butlach o pojemności 11L z zawartością 3,23 m<sup>3</sup> ?

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina była wyposażona w kółko umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia?

**Odp: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający, wymaga aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydechane powietrza do zaworu dozującego?

**Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

DYREKTOR SP ZOZ  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
*Andrzej Szewczuk*  
Andrzej Szewczuk

Kierownik Sekcji  
Administracyjno-Technicznej  
mgr Elżbieta Radomska

*MM* *ZZ*