



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze, dnia 15.06.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy Rozpoznania Cenowego na „**DOSTAWA MATERIAŁÓW RZEWNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/04/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

### **Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml o rozszerzonym skalowaniu do 2,5 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Brak zgody**

### **Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5ml o rozszerzonym skalowaniu do 5,5 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Brak zgody**

### **Pakiet 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10ml o rozszerzonym skalowaniu do 11 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Brak zgody**

### **Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml o rozszerzonym skalowaniu do 22 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Brak zgody**

### **Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u 20 ml pakowane a'70 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odp.: Brak zgody**



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

## **Pakiet 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylne, wysuwane skalpele z plastikową rączką, wyposażone w ostrza ze stali nierdzewnej. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie w określonej pozycji. Nazwa producenta oraz numer ostrza wygrawerowane na ostrzu, na odwrocie rączki wytłoczona miarka w centymetrach, zamknięte w sterylnych, pojedynczych opakowaniach. Rodzaje skalpeli można z łatwością rozpoznać dzięki zastosowaniu odmiennej kolorystyki. Opakowania zbiorcze a'25 sztuk.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

## **Pakiet 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik DUFORA w rozmiarach od CH18 do CH 24?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

## **Pakiet 15 poz. 6-9**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna z balonem 5-10ml?

**Odp.: zamawiający dopuszcza**

## **Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania CH12 o długości od 50 do 60 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

## **Pakiet 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra z ramionami 45cm x 18cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

*Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*