



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 10

Siemiatycze.17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,1-1,4

Czy w celu zapewnienie gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnieniu pewnego chwytu Zamawiający wymaga tłoka prostego (nie zwężanego) na całej długości cylindra.

Odp.: Tak, tłok powinien być prosty niezwężony.

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi: *Igły iniekcyjne j.u. bezpieczne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady, rozmiary:*

0,5 x 25 mm a'100 szt.

0,6 x 30 mm a'100 szt.

0,7 x 30 mm a'100 szt.

0,8 x 40 mm a'100 szt.

0,9 x 40 mm a'100 szt.

1,1 x 40 mm a'100 szt.

1,2 x 40 mm a'100 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi: *Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampulki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekuwania, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

Odp.: Zgodnie z SIWZ zamawiający wymagał igły tępej z filtrem. Brak zgody

Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

C Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi: *Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampulki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł „motylek: w rozmiarach 0,5x19 mm do 0,7x19 mm spełniająca resztę postawionych wymagań SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnych ilości igieł 1,1 i 1,2 aby móc rozbić pozycję na dwie pozycje.

Prośbę swą kierujemy ponieważ ceny igieł 1,1 i 1,2 są dużo droższe. Zapis w tej chwili wymusiłby uśrednienie ceny co zawyży ceny igieł 0,45 – 0,9 i co będzie niekorzystne dla Zamawiającego

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:

Igła tępa do pobierania leków wielodawkowych. Rozmiary: 18G 1,2x40 mm z ostrzem ściętym pod kątem 45 o, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektromechanicznie polerowanie w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra, (op. 100 szt.)

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozm. 20G 1,1x32 mm przepływ 56 ml/min zamiast 20G 1,1x32 mm przepływ 65 ml/min oraz 18 G 1,3x45 mm przepływ 90 ml/min zamiast 18 G 1,3x45 mm przepływ 95 ml/min spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp.: Zamawiający podtrzymuje podanie ceny jednostkowej.

Pytanie nr 10: Dotyczy pakietu nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych koreczków, które są koreczkami równoważnymi: *Koreczek do kaniul, jednorazowego użytku, standardowy luer-lock, sterylny*

posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu koreczka (op. min 100 szt.)

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp.: Zamawiający podtrzymuje podanie ceny jednostkowej.

Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu nr 28 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szyny Kramera o wymiarach 10 cm x 150 cm.

Prośbę swą kierujemy, ponieważ nikt z producentów nie produkuje tak szerokich szyn oraz tak długich ponad 2 metrowych. Pozwoli to złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę przetargową.

Odp.: Brak zgody. Patrz odpowiedź do zestawu pytań nr 19

Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 32 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych fartuchów, które są fartuchami równoważnymi: *Fartuchy ochronne higieniczne z włókniny polipropylenowej z ściągaczem gumowym, niesterylne*

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Ściągacz jest obowiązkowy.

Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 32 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych ochraniaczy, które są ochraniaczami równoważnymi:

Ochraniacze na buty foliowe z gumką

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 32 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. (50 par) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości

Odp.: Zamawiający podtrzymuje podanie ceny jednostkowej (za parę)

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 33 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy sterylnego spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 34 poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości

Odp.: Zamawiający podtrzymuje podanie cen jednostkowych.

Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 35 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odp.: Brak zgody

Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 50 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów o długości ramion 16/38 cm.

Prośbę swą kierujemy ponieważ Medical Dren wstrzymał produkcję swoich drenów Kehr

Odp.: Powyższa długość nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Brak zgody

Pytanie nr 20: Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę naliczania kar umowy nie od wartości umowy tylko od wartości dostawy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

0,1 % wartości brutto złożonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w:

- a) § 2 ust. 2,*
- a) § 3 ust. 2,*
- b) § 3 ust. 10 pkt 1,*
- c) § 3 ust. 10 pkt 2,*
- d) § 3 ust. 14;*

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 21: Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę naliczania kar umowy nie od wartości umowy tylko od wartości dostawy:

6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje realizację więcej niż jednego pakietu, kary umowne określone w ust. 1 nalicza się z zachowaniem poniższych reguł:
 - 1) podstawę naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 – 2, stanowi nie Wartość Umowy określona w § 4 ust. 1, a wartość dostawy do którego należy Towar, którego dotyczy zdarzenie uzasadniające naliczenie kary umownej;

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w orginale/