



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 11

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy części nr 8:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego, w której nie występuje zjawisko cofania ani wyrzutu krwi/leków w kierunku zastawki? Proponowany produkt charakteryzuje się nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem jakim jest refluks neutralny co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego odporną na ciśnienie 7 bar=101,53 psi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 2 drenik w kształcie V, o długości całkowitej 13-15 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 3 trzy zastawki z drenami, o długości całkowitej 13-15 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/