



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 13

Siemiatycze.17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 10

Z uwagi na specyfikację przedmiotu zamówienia w pakiecie 10, uprzejmie prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie do złożenia na asortyment w zakresie od poz 8 do 14

Odp.: Brak zgody

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 10 poz.10

Uprzejmie prosimy zamawiającego o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do średnicy igły prowadzącej, która powinna być kompatybilna z igłą do znieczulenia podpajęczynówkowego i analogicznie jak w poz. 1 i 2 dla igły podpajęczynówkowej 27G powinna wynosić 22G lub prosimy o dopuszczenie igły prowadzącej 22G zamiast 20

Odp.: Zamawiający potwierdza błąd dla igły 27G powinna wynosić 22G dla igły 25G 20G

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 45 poz.21 i 22

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analogicznie jak w poz. 19, drenów do ssaka o średnicy 12x9mm zamiast 12x8mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/