



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 16

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet nr 1 poz. 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j. u. 20/24 ml pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź do zestawu pytań nr 10 pyt. 1. Odnośnie pakietu nr 1.

Pakiet nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,25 x 6 mm. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze i przepływach w opakowaniu 100 szt. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	290
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Odp.: Powyższe pytanie, powinno odnosić się do pozycji nr 1 danego pakietu. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka do kaniuli z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian

Pakiet nr 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp.: Brak zgody

Pakiet nr 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej sterylizowanego tlenkiem etylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Brak zgody

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/