



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 19

Siemiatycze.17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. z pojedynczą kryzą na korpusie strzykawki, o rozszerzonym skalowaniu: strzykawka 2ml skala do 2,5 ml, strzykawka 5ml skala do 5,5 ml, strzykawka 10ml skala do 11 ml, strzykawka 20ml skala do 22 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź do zestawu pytań nr 10 pyt 1.**

**Pakiet 1 poz. 1.4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u 20 ml pakowane a'70 sztuk z przeliczeniem do 715 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź do zestawu pytań nr 10 pyt 1.**

**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u typu Janeta 100 ml pakowane a'25 sztuk z przeliczeniem do 60 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź do zestawu pytań nr 10 pyt 1.**

**Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczna do iniekcji w rozmiarach: 30G (03x13 mm), 26G (0,45mm x 12mm), 25G (0,5mm x 40mm), 25G (0,5mm x 25mm), 23G (0,6mm x 25mm), 23G (0,6mm x 30mm), 22G (0,7mm x 30mm), 21G (0,8mm x 40mm), 20G (0,9mm x 40mm)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę „motylek” do wkluć rozmiar od 05x19mm do 07x19mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian**

**Pakiet 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie w rozmiarze 17G o przepływie 125 ml, 16G o rozmiarze 1,8x45 i przepływie 180 ml, 14g o przepływie 270 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Brak zgody**

**Pakiet 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie pakowane a’100 sztuk z przeliczeniem do 10 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści koreczki bez nazwy producenta na koreczku oraz z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka pakowane a’250 sztuk z przeliczeniem do 36 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12mm ( $\pm 0,02$ mm)?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 15. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości min. 290mm dla każdego rozmiaru?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 15. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach S-XL?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 16 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o długości min. 290mm, dla każdego rozmiaru?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 15. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 16 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,17mm ( $\pm 0,02$ mm)?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 15. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 16 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach S-XL?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą do EKG o średnicy 50 mmm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 27 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne do resuscytatorów, wykonane w 100% z PCV medycznego;

- przezroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową;
- rozmiary oznaczone kolorami;
- wersja z miękkim kołnierzem zapewniającym dobre przyleganie do twarzy pacjenta;
- zastawka regulująca wypełnienie kołnierza;

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 27 poz. 9**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp.: Brak zgody**

**Pakiet 28 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szyny do unieruchomienia kończyny Kramera 2000 x 150?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

**Pakiet 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylne, wysuwane skalpele z plastikową rączką, wyposażone w ostrza ze stali nierdzewnej. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie w określonej pozycji. Nazwa producenta oraz numer ostrza wygrawerowane na ostrzu, na odwrocie rączki wytłoczona miarka w centymetrach, zamknięte w sterylnych, pojedynczych opakowaniach. Rodzaje skalpeli można z łatwością rozpoznać dzięki zastosowaniu odmiennej kolorystyki.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 30, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwuwarstwowej, jednorazowej myjki do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5.5. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 30, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła do transportu o udźwigu 150kg, o rozmiarze 80 x 210cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 32, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów pakowanych a'100 sztuk i podanie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Cenę należy podać jednostkową. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zestaw pytań nr 10**

**Pakiet 33 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści golarzkę o wymiarach 99 40,5 mm z ostrzem pokrytym chromem o wymiarach D 0,8 x S 3,6 x G 0,01 cm?

**Odp.: Brak zgody.**

**Pakiet 33 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści matę na podłogę o wchłaniałości płynów 2,5 l o wymiarach 117 cm x 102 cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 33 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylny?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem do 45 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Należy podać cenę jednostkową.**

**Pakiet 34 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków j.u.z pojemność 30 ml pakowane a'90 z przeliczeniem do 417 opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Należy podać cenę jednostkową.**

**Pakiet 36 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik DUFORA w rozmiarach od CH18 do CH 20?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 44 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę wykonaną z pulpy papierowej?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 40. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 44 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści basen wykonany z pulpy papierowej?

**Odp.: Powyższe pytanie powinno odnosić się do pakietu 40. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren z ramionami 45cm x 18cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian**

**Pakiet 52 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren PENROSE pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne: folia?

**Odp.: Odp.: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.**

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/