



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek chirurgicznych lateksowych pudrowanych o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,21mm-0,23mm, o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek chirurgicznych neoprenowych o nieznacznej różnicy w grubościach tj. na mankiecie 0,15mm-0,17mm, dłoń 0,18mm-0,19mm na palcu 0,21mm-0,23mm, o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych o grubości palca 0,11mm+/-0,01mm, o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej min. 295mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I, dostępnych w rozmiarach S-XL, o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej min. 280mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, dostępnych w rozmiarach XS-XL, o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej min. 280mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, dostępnych w rozmiarach XS-XL, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,14mm-0,16mm? Powyższe rękawice stosowane są w Stacjach Pogotowia Ratunkowego jak również w działach sterylizacji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 7: Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp.: Wykonawca może, jednakże w terminie trzech dni, od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, powinien złożyć powyższe oświadczenie ponownie. Powyższy trzy dniowy wymóg, wynika z art. 24 ust 11 Ustawy PZP i jest to obowiązek Wykonawcy.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/