



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzosiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 20

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1 : Dotyczy Pakiet nr 18

Pkt nr 7. Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie **1 szt. uchwytu jednorazowego** z elektrodą nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin? Jeśli zaszła pomyłka to zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej ilości.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwytu w opakowaniu handlowym po 10szt, (co jest minimalną ilością możliwą do dostarczenia)?

Odp.: Zamawiający zmienia opis na „Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin, sterylny, op. 10szt”

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/