



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 5

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości, trzyczęściowe strzykawki do insuliny z wtopioną igłą 0,3x13mm, o pojemności 1ml, posiadające czytelną i trwałą skalę pomiarową w kolorze czerwonym 0,02ml, wykonane są z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu i silikonu, tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra, tłok z gumy posiadający 3 ORINGI, które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność, strzykawki posiadają blokadę przed przypadkowym całkowitym wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo w opakowanie blister z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu, sterylne, j.u.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2: Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania leków 18G 1,2x40mm, bardzo gładka powierzchnia, typ szlif igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, jednocześnie eliminuje możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo) przez jaki jest wprowadzana igła do ampułki, fiolki do leku i jego zanieczyszczenie; bardzo cienkie ścianki pozwalają na zachowanie pojemności szczątkowej zgodnej z ISO 7864, jednocześnie gwarantują bezawaryjne użytkowanie i wysoką jakość; konektor LUER / LUER LOCK wykonany jest z polipropylenu i odpowiada rozmiarowi igły zgodne z kodem ISO, zapewniając tym samym pełną szczelność ze strzykawką; boczny otwór na szczycie igły ogranicza pienienie leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki – fiolki; nietoksyczna, niepirogenna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3: Dotyczy Pakiet nr 27, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne j.u. z nadmuchiwaną poduszką, wykonane z PCV pozbawionego DEHP oraz lateksu, zawór do regulacji ciśnienia skierowany poziomo, w rozmiarach od 0 do 5, rozmiar kodowany kolorem pierścienia, przezroczysta kopuła zapewniająca doskonałą widoczność (zdjęcie poniżej), możliwość pracy w środowisku MRI?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4: Dotyczy Pakiet nr 36, poz. 2-5, 10,11,12:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5: Dotyczy Pakiet nr 36, poz. 10,11:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Chcielibyśmy nadmienić, iż cewniki do odsysania są produktem nie należącym do reszty pozycji z pakietu, czyli do cewników urologicznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6: Dotyczy Pakiet nr 47, poz. 1, 2, 7, 8, 9, 10:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 Pakiet nr 47, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła rurki?

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjne zbrojone z prowadnicą w środku rurki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/