



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzosiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzosiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 6

Siemiatycze.17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pytanie nr 1: Dotyczy Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty i zaoferowanie wysokiej jakości kaniul.

**Odp.: Brak zgody**

**Pytanie nr 2: Dotyczy Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule dożylnie, z portem bocznym umiejscowionym bezpośrednio nad skrzydełkami, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru (kolorowy korek), działający w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykanym standardowo, kaniule z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, posiada filtr hydrofobowy, rozmiary:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min ?

**Odp.: Brak zgody**

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/