



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 7

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy części nr 48:

Czy Zamawiający w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw o pojemności 2200 ml posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, z możliwością podłączenia i współpracy z przenośną próżnią z drenem łączącym zabezpieczonym przed zgięciem spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2: Dotyczy części nr 52:

Czy Zamawiający dopuści dreny Penrose w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/