



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 8

Siemiatycze 17.05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie środkowego palca 0,10-0,11mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 2: Pakiet nr 15, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie długości rękawic min. 296mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 3: Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie palca (ścianka poj) 0,15-0,16mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/