



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 9

Siemiatycze 17 05.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/02/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

### **Pytanie nr 1: Dotyczy Pakiet nr 22 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora z filtrem zapakowanym oddzielnie układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) do respiratora o śr. 22mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno.

### **Odp.: Brak zgody**

Prosimy o odstąpienie parametru „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy max 0,16 H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180-200 cm. Waga układu max 180 g bez akcesoriów”, który jest możliwy do określenia w warunkach laboratoryjnych. Temperatura ogrzewanego powietrza jest zależna od bardzo wielu czynników zewnętrznych tj. temperatury otoczenia, wydolności energetycznej pacjenta, wilgotności powietrza ...

### **Odp.: Brak zgody**

### **Pytanie nr 2: Dotyczy Pakiet nr 22 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Jednorazowy układ oddechowy jedno rurowy dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) do respiratora o średnicy 22 mm i długości 300 cm z kolankiem z portem kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

Prosimy o odstąpienie parametru „Wydajność powietrza wdychanego 6,2 C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,14cm H<sub>2</sub>O o wydechowy max 0,16 H<sub>2</sub>O przy przepływie 10l/min i długości 180-200cm. Waga max 180g bez akcesoriów”, który jest możliwy do określenia w warunkach laboratoryjnych. Temperatura ogrzewanego powietrza jest zależna od bardzo wielu czynników zewnętrznych tj. temperatury otoczenia, wydolności energetycznej pacjenta, wilgotności powietrza ...

### **Odp.: Brak zgody**

### **Pytanie nr 3: Dotyczy Pakiet nr 22 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga 35.6 g, zakres objętości

oddechowej 150-1500 ml, martwa przestrzeń 55ml, wydajność filtracji bakteryjnej >99,9999%, opór przepływu 30 l/min=0,82 cm H<sub>2</sub>O, wydajność nawilżania dla TV 500ML=37mg H<sub>2</sub>O, bez parametru” utrata wilgoci dla TV250=5,5mg” , z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, sterylne.

**Odp.: Brak zgody**

**Pytanie nr 4: Dotyczy Pakiet nr 27 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator czysty mikrobiologicznie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5: Dotyczy Pakiet nr 27 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne jednorazowe maski tlenowe dla dorosłych z medycznego PCV anatomicznie wyprofilowane do twarzy pacjenta, dobrze dopasowujące się pod wpływem temperatury z gumką mocującą, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dł. 2m, czyste mikrobiologicznie?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6: Dotyczy Pakiet nr 27 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe czyste mikrobiologicznie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian**

**Pytanie nr 7: Dotyczy Pakiet nr 27 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o dł. 2m?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8: Dotyczy Pakiet nr 27 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maskę anestetyczną renomowanej firmy Ambu, w rozmiarach od 0 do 6, rozmiary kodowane kolorowym oznakowaniem na opakowaniu, jednorazowego użytku z nadmuchiwana poduszką z PCV. Korpus maski wykonany ze sztywnego PCV, haczykowaty pierścień (w maskach 3, 4, 5, 6) wykonany z ABS, zawór zawierający silikon skierowany pionowo w dolnej części maski, możliwość bezwarunkowej pracy w środowisku MRI. Produkt mikrobiologicznie czysty, rozmiary pediatryczne (0, 1, 2, 3) pozbawione wszelkich ftalanów (w tym DEHP), rozmiary dla dorosłych (4, 5, 6) mogą zawierać DEHP.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w orginale/