



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, dnia 30.04.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy Rozpoznania Cenowego na „DOSTAWA MATERIAŁÓW RZEWNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

### **Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr 5 i 6:**

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy nr 38/17 z dnia 25.04.2017 lub prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych

**Odp.: Dopuszczamy możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.**

### **Pytanie nr 2 :Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 2:**

5 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka tylna pochwy, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870 μm, długość ramion 20,75 cm każde, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną siatkę.**

Z-ca DYREKTOR SP ZOZ  
Lech Hackiewicz  
/podpis w oryginale/