



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze, dnia 30.04.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy Rozpoznania Cenowego na „**DOSTAWA MATERIAŁÓW RZEWNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

### Pytanie nr 1: dotyczy pakiet nr 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

**poz. 1** system składający się z implantu o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami zakończonymi w długie pętle, każda o długości 18-21 cm do przeprowadzenia ramion górnych, środkowych i dolnych; ramiona w plastikowych osłonkach, co zmniejsza traumatyzację tkanek podczas przeciągania i ułatwia implantację. Rozmiar: wysokość 9,1 cm, szerokość 4-6 cm; gramatura 45 g/m<sup>2</sup> lite mesh; grubość 0,34 mm; porowatość: 55-60% ?

**Odp: BRAK ZGODY**

**poz. 2** worki laparoskopowe o pojemności 200 ml:

- uwalniające się z trzonka po przejściu przez trokar 10 mm,
- posiadające samo rozprężającą się obręcz,
- wymiar: Ø 65 mm x 185 mm,
- materiał worka: poliuretan,
- materiał tłoczka: tworzywo sztuczne ABS,
- wytrzymałość 5 N/cm.

**Odp: BRAK ZGODY**

**poz. 3** worki laparoskopowe o pojemności 800 ml:

- uwalniające się z trzonka po przejściu przez trokar 10 mm,
- posiadające samo rozprężającą się obręcz,
- pojemność 800 ml,
- wymiar: Ø 97 mm x 210 mm,
- materiał worka: poliuretan,
- materiał tłoczka: tworzywo sztuczne ABS,
- wytrzymałość 5 N/cm.

**Odp: BRAK ZGODY**

Z-ca DYREKTOR SP ZOZ  
Lech Hackiewicz  
/podpis w oryginale/