



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze 09.07.2018r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby pododdziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni urazowo-ortopedycznej oraz poradni rehabilitacji i fizjoterapii w SPZOZ w Siemiatyczach**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/18

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

DOTYCZY: Pakiet nr 1

Pytanie nr 1 – **Wirówka do odwirowywania krwi – 1 kpl.** – poz. 1169

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obroty wirowania 3500 RPM oraz 5800 RPM”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – **Wirówka do odwirowywania krwi – 1 kpl.** – poz. 1176

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zasilanie: 230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/