

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze 09.01.2019r .

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na

**„Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-  
Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach”**

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/18

**Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

### **USG – 1 kpl**

#### **Pytanie 01.**

dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ekranem o przekątnej 21,5 cala?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 02.**

dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z klawiaturą alfanumeryczną wyświetlaną na 12 calowym ekranie dotykowym zintegrowanym z pulpitem?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie 03.**

dotyczy pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający możliwość Eksport obrazów i pętli ruchomych w powszechnie stosowanych formatach (AVI, JPEG, DICOM) na płyty CD/DVD oraz nośniki USB?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 04.**

dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający 16 - krotny zoom dla obrazów zamrożonych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 05.**

dotyczy pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ogniskiem strefowym z możliwością regulowania i ustawiania na całym obszarze zainteresowania?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 06.**

dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ilością klatek trybu Kolor Doppler 227 klatek/s?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 07.**

dotyczy pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z funkcją automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 08.**

dotyczy pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji badania drożności jajowodów z użyciem środków kontrastowych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 09.**

dotyczy pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą typu Convex posiadającą 384 elementy akustyczne i kątem widzenia 95 stopni?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 10.**

dotyczy pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę Endowaginalną o zakresie częstotliwości od 4.0 do 9.0 MHz, 256 elementów akustycznych i kątem widzenia 181 stopni?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 11.**

dotyczy pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę Liniową o zakresie częstotliwości od 4.0 do 12.0 MHz, 256 elementów akustycznych i długością czoła 34,6 mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 12.**

dotyczy pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę Liniową, zakres częstotliwości od 5.0 do 12.0 MHz, 512 elementów akustycznych i długością pola obrazowania 50 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 13.**

dotyczy pkt 44.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę Convex 3D/4D, zakres częstotliwości od 2.0 do 6.0 MHz i liczbie elementów akustycznych 384?

**Odp.: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**USG – 1kpl**

**Pytanie 14.**

dotyczy pkt 46.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o wadzę 83,6 kg?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 15.**

dotyczy pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością doposażenia aparatu o zewnętrzny podgrzewacz żelu?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 16.**

dotyczy pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z pamięcią CINE wynoszącą dla obrazów 2D 2200 obrazów/sek?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17.**

dotyczy pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z FRAM RATE dla trybu 2D 1900 obrazów/sek.?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 18.**

dotyczy pkt. 66

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z Dopplerem Kolorowym (CD) z mierzoną prędkością do 308 cm/s?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 19.**

dotyczy pkt. 67

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalną częstotliwością odświeżania dla CD 227 Hz?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 20.**

dotyczy pkt. 68

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości wyłączenia bramki kolorowego dopplera na obrazach z pamięci?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 21.**

dotyczy pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z regulacją kąta na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku +/- 88 stopni?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 22.**

dotyczy pkt. 83

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą microconvex szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy od 5.0 do 8,0 MHz?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 23.**

dotyczy pkt. 85

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą microconvex szerokopasmową z kątem obrazowania 122 stopnie?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 24.**

dotyczy pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową o zakresie częstotliwości od 4.0 do 12.0 MHz, 256 elementów akustycznych?

**Odp.: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie**

**25.**

dotyczy pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę Convex o zakresie częstotliwości od 2.0 do 6.0 MHz, 256 elementów akustycznych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**USG – 1kpl**

**Pytanie 26.**

dotyczy pkt. 105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony

w monitor LCD 21,5 cali?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 27.**

dotyczy pkt. 109

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w cztery niezależne, skrętne koła z możliwością blokowania min. dwóch?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 28.**

dotyczy pkt. 117

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością powiększenia obrazu na żywo i z pamięci 16 x?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 29.**

dotyczy pkt. 119

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z pamięcią CINE 2200 obrazów/sek.?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 30.**

dotyczy pkt. 130

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę microconvex w zakresie częstotliwości od 4.0 do 9.0 MHz, 256 elementów akustycznych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 31.**

dotyczy pkt. 132

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę liniową w zakresie częstotliwości od 4.0 do 12.0 MHz, 256 elementów akustycznych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 32.**

dotyczy pkt. 150

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną – typu 2D,3D, 4D, pasmo 4.0 do 9.0 MHz, kąt skanowania 130 stopni, ilość elementów 128?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie 34.**

dotyczy pkt. 151

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną convexową – typu 2D,3D, 4D, pasmo. 2 – 6 MHz, kąt skanowania 66 stopni, ilość elementów 192?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga zastosowania głowic z fizycznymi elementami piezoelektrycznymi.**

**Pytanie 36.**

dot. warunków umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 10 tygodni?

**Odp.: BRAK ZGODY**

**Pytanie 37.**

dot. warunków umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych był nie dłuższy niż 12 dni roboczych?

**Odp.: Brak zgody**

**Pytanie 38.**

dot. warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu ( telefonicznie bądź faksem) wynosił 7 dni roboczych?

**Odp.: Brak zgody**

**Pytanie 39.**

dot. warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie kar umownych za opóźnienie w terminie dostawy lub obniży karę umowną o 50%?

**Odp.: Brak zgody.**

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/