

Zestaw pytań nr 3

Siemiatycze 09.01.2019r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na

„Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/18

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- 1. Dot. §6 ust. 14. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia przyszłej umowy** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: *„Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej istotnej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”?*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. Aktualny zapis § 6 ust. 14 „Istotnych postanowień przyszłej umowy” (Załącznik nr 3 do SIWZ) przewiduje już możliwość zarówno wymiany urządzenia jak i poszczególnych jego części w przypadku konieczności trzykrotnej naprawy urządzenia lub części. Nie wyłącza on zatem także przypadku gdy to część urządzenia wymaga wymiany jak i gdy wymiany, po spełnieniu określonych okoliczności, wymaga całe urządzenie.

Uzasadnienie:

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/