



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy – SP ZOZ ZP/06/18

**„Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w
Siemiatyczach”**

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr **2018/S 144-328835** z dnia 28.07.2018 r.

na stronie internetowej <http://spzozsiemiatycze.pl>

w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
SPZOZ w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk



Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Osoby upoważnione do kontaktu:

- w sprawach formalnych – Krzysztof Prochowicz: tel./fax – 085 655 22 00 wew. 366,

adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzosiemiatycze.pl

- w sprawach merytorycznych – Elżbieta Radomska: tel. 085 655 22 00 wew. 320;

strona internetowa: www.spzosiemiatycze.pl

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000,00 euro określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP) - zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 1 i art. 39 i art. 43 ust. 1 ustawy PZP.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

1.3. Wartość zamówienia

Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w odniesieniu do dostaw.

1.4. Źródła finansowania

1. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt nr RPO.08.04.01-20-0037/18 pn. „Poprawa stanu wyposażenia SPZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego”.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1.5. Słownik

Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

- 1) „SIWZ” — należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,



- 2) „zamówienie” — należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III SIWZ,
- 3) „postępowanie” — należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ,
- 4) „Zamawiający” — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej treścią oraz warunkami.

Rozdział II. Oznaczenie postępowania

- 2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem SP ZOZ ZP/06/18.
- 2.2. Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie w celu prawidłowej identyfikacji postępowania.

Rozdział III. Przedmiot zamówienia:

KODY CPV: główny kod : 33100000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętów stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizacji wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi.
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo– cenowy**.
- 3.3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 3.4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Do potwierdzenia oświadczeniem wykonawcy złożonym wraz z ofertą – Formularz ofertowy.
- 3.5. Dostawa sprzętu nastąpi loco siedziba zamawiającego - SPZOZ w Siemiatyczach, przy ul. Szpitalna 8, do pomieszczenia, wskazanego przez Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
- 3.6. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenia dla personelu Zamawiającego, zakończone podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury przez Wykonawcę.



- 3.7. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.
- 3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
- 3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
- 3.10. Wraz z uwzględnieniem dostosowania instalacji elektrycznych.

Rozdział. IV Termin realizacji zamówienia

- 4.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni (do 84 dni) od dnia podpisania umowy.
- 4.2. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane, wniesione, rozpakowane zamontowane i przekazane do użytku na zasadach określonych w Załączniku nr 3 - Istotnych postanowieniach przyszłej umowy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie SPZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8 w Siemiatyczach, w godzinach 8:00-14:00;
- 4.3. **Termin i warunki płatności:** Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT, ponadto powinny zostać załączone wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu:

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
- 5.1.1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- 5.1.2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
- 5.1.3. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:



Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (urządzenia i sprzęt medyczny) o wartości brutto nie mniejszej niż:

625 000,00 zł brutto (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 brutto)

5.2. Sposób wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania

- 6.1. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—23 ustawy PZP, a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
- 6.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
- 6.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanki wskazanej w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP.
- 6.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust.12 ustawy PZP).
- 6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że



jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdział VII. RODO

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *SPZOZ w Siemiatyczach ,ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze;*
- b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych , z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *SPZOZ ZP/06/18* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w



art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* ***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.*

** ***Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia

8. 1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców:

8.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 3, str. 16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Formularz JEDZ należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi wskazanymi w rozdziale XI SIWZ.

8.1.2 Załącznik nr 2 – Oferta.

8.1.3 Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy.

8.1.4 Załącznik nr 6- wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

8.1.5 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

8.1.6 Dowód wniesienia wadium

8.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich wykonawców:

8.2.1 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenie **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - **Zał. nr 5 do SIWZ**

8.3. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, potwierdzających okoliczności:

8.3.1 Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy PZP, w wyznaczonym **nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia** Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty złożenia o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1, ustawy PZP o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ:

- Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku na podstawie zapisów z Rozdziału V. pkt 5.1.3. SIWZ oraz załącznika nr 7 do SIWZ.

8.3.3 Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy PZP, w wyznaczonym **nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia** Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ

- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
- d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.3. lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- 8.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 8.5 zdanie drugie stosuje się.
- 8.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w części 8.3.3.lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 8.5. zdanie drugie stosuje się.
- 8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 8.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 8.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 8.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3 które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę sygnatury postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu.
- 8.11. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8.12. Zamawiający informuje, że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej



odpowiada wykonawca.

Rozdział IX. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, ustawy PZP, oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
- 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
- 9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.
- 9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.3.3. SIWZ
- 9.7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w



stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.9. Podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

- a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).

Rozdział X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie.
- b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
- c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,



- d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.3 SIWZ przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
- w pkt. pkt 8.3.1, SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.6 SIWZ (o ile dotyczy),
 - dokumenty, o których w pkt. 8.3.2 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane, usługi lub dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (o ile dotyczy).
 - dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.3.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców (o ile dotyczy),

Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się Zamawiającym

11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

11.2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 11.3 i 11.4., Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

11.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.

11.5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia należy przesyłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

11.6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@spzozsiemiatyczne.pl

11.7. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych w pkt 11.4.

11.8. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie PZP.

11.9. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia, lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip) lub komercyjnych.

11.10. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

11.11. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

11.12. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

11.13. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.



11.14. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

11.15. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

11.16. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- złożenie oferty / oferty dodatkowej;
- zmiana oferty;
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty;
- złożenie, uzupełnienie, lub poprawienie lub udzielenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2, 2f, 3 i 3a ustawy;
- wyjaśnienia dotyczące oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 4 ustawy;
- wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy.

11.17 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Znak sprawy: SP ZOZ ZP/06/18

Osoby upoważnione do kontaktu:

- w sprawach formalnych – Krzysztof Prochowicz: tel./fax – 085 655 22 00 wew. 366, adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzosiemiatycze.pl

- w sprawach merytorycznych – Elżbieta Radomska: tel. 085 655 22 00 wew. 320;

11.18. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

11.19. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

11.20. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.



- 11.21. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
- 11.22. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt. 11.8 SIWZ tj. w oryginale.
- 11.23. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11.8 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
 - Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność oryginału.
- 11.24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11.25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział XII. Wadium

- 12.1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości **26 000,00zł.**
- 12.2. Wadium, o którym mowa w ppkt 12.1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;



- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 20014 poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
- 12.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:
- 59 8092 0001 0002 2288 2000 0010**
- 12.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- 13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
- 13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 13.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 13.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 13.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
- 13.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
- 13.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
- 13.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
- 13.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
- 13.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 13.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
- 13.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
- 13.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej



konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
- b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13.15. Oferta musi zawierać:

- 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
- 2) Dowód wniesienia wadium wymaganego w postępowaniu, zgodnie z zapisami rozdziału XII.
- 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczony kopii (jeżeli dotyczy);
- 4) Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem – stanowiący załącznik nr 1
- 5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy)-sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
- 6) JEDZ – wysłany drogą elektroniczną zgodnie z zapisami pkt. XI.

13.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy
- b) **Dane zamawiającego:**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, budynek pogotowia I piętro Sekcja Zamówień Publicznych

- c) **Nazwa postępowania** Oferta do przetargu; „**Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w Siemiatyczach**”
- d) Znak sprawy SP ZOZ ZP/06/18
- e) Nie otwierać przed dniem 05.09.2018 r. GODZ. 11:10

13.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.

Rozdział XIV Składanie i otwarcie ofert

- 14.1. **Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 05 wrzesień 2018 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8, 17-300 Siemiatycze, budynek pogotowia I piętro Sekcja Zamówień Publicznych
- 14.2 Godziny urzędowania zgodnie z punktem 11.4.
- 14.3 Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
- 14.4 **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 wrzesień 2018 r. o godz. 11:10** w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, budynek pogotowia I piętro Sekcja Zamówień Publicznych
- 14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 13.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
- 14.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
- 14.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaze wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
- 14.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza



- przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 14.10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy, która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1 SIWZ.

Rozdział XV. Termin związania ofertą

- 15.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
- 15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- 16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Cena oferty — jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
- 16.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.
- 16.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT — wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.



- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 16.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto wynikającą z opisanego przedmiotu zamówienia w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 16.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
- 16.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z istotnymi postanowieniami przyszłej umowy „Załącznik Nr 3 do SIWZ.
- 16.7. UWAGA: Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że nie wystąpi odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1 h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający — wykonawca a przed zakończeniem realizacji zamówienia zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która wskaże na występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1 h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający — wykonawca, zamawiający przewiduje zmianę umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozdział XVII. Badanie Ofert

- 17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ceny.

- 18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w %) |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Cena (C) | 60 |
| 2. | Parametry techniczne (PT) | 30 |



| | | |
|----|---------------|----|
| 3. | Gwarancja (G) | 10 |
|----|---------------|----|

18.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 18.1.

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

18.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena minimalna brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 100\% \times 60 \text{ [pkt.]}$$

18.4.2 W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

18.5. Punkty za kryterium „Parametry Techniczne” zostaną obliczone według wzoru

$$PT = \frac{\text{Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie}^*}{\text{Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert}} \times 100\% \times 30\text{pkt}$$

* Wg danych/informacji z Załącznika nr 1 do SIWZ, danej oferty.

18.6. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” wynoszą odpowiednio

0 -30 m-cy gwarancji – 0 pkt.

31 – 36 m-cy gwarancji - 2pkt.

37 – 42 m-cy gwarancji – 4 pkt.

43 – 48 m-cy gwarancji - 6pkt.

49 - 54 m-ce gwarancji - 8 pkt.

55 – 60 m-cy gwarancji – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10pkt.

18.7. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,



- 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
- 4) wniesiono poprawnie wadium.

18.8. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

18.9 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

18.10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wyliczoną wg wzoru:

$C + PT + G$.

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów.

Rozdział XIX. Udzielenie zamówienia

- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę



- Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
- 20.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 - 20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
 - 20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 - 20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Rozdział XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 21.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXII. Postanowienia umowy.

- 22.1. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik Nr 3 do SIWZ.
- 22.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (wykaz zmian zgodny z art.144 PZP, opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ).

Rozdział XXIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ

- 23.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.
- 23.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 23.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.
- 23.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,



Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

- 23.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- 24.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 24.2.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
- 24.3.3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy PZP - "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Rozdział XXV. Informacje dodatkowe

- 25.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 25.2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
- 25.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.
- 25.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 25.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 25.6. Zamawiający informuje że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej odpowiada wykonawca.

Rozdział XXVI. Załączniki do SIWZ.

- 26.1. załącznik nr 2. – Oferta
- 26.2. załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy
- 26.3. załącznik nr 3- Istotne postanowienia przyszłej umowy
- 26.4. załącznik nr 4- JEDZ
- 26.5. załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej.
- 26.6. załącznik nr 6- wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na



okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)
26.7. załącznik nr 7- Wykaz dostaw



Załącznik nr 2 Oferta

OFERTA dla SPZOZ w Siemiatyczach

Nazwa i adres Wykonawcy:
(w przypadku konsorcjum-lidera Konsorcjum)

Regon..... NIP

Województwo:

Tel.: Fax.:

Adres poczty elektronicznej:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą (wpisać TAK lub NIE)

Nazwa i adres Partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

.....

Regon..... NIP

Województwo:

Tel.: Fax.:

Adres poczty elektronicznej:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą (wpisać TAK lub NIE)

1. Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym: „„Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w Siemiatyczach””, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (znak sprawy: SP ZOZ ZP/06/18) składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę:

za łączną wartość brutto:zł, słownie:

.....

zł, zgodnie z opisem parametrów wymaganych, stanowiącym integralną część niniejszej oferty, z okresem gwarancji miesięcy (min. 24m-ce - max. 60m-cy)

2. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy:
 - a) nazwa (firma) podmiotu:.....W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2.3a) SIWZ;
 - b) nazwa (firma) podmiotu:W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym w rozdziale V pkt. 2.3b) SIWZ;
3. Oferujemy termin wykonania zamówienia zgodny z SIWZ.
4. Oświadczenia wykonawcy:
 - 1) Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty i



- właściwego wykonania zamówienia oraz, że zapoznałem się ze SIWZ i wszystkimi zmianami /modyfikacjami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
- 2) Gwarantujemy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych.
 - 3) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 - 4) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ.
 - 5) Oświadczam, że na własny koszt dokonamy wywiezienia wszystkich pozostałości z wykonanych robót rozbiórkowych i montażowych, a także dokonamy na swój koszt utylizacji tych pozostałości, które tego wymagają.
 - 6) Oświadczam, że zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia żądanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
 - 7) Oświadczam, że wadium w kwociezł /..... złotych/ zostało wniesione w formie
 - 8) Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na rachunek bankowy nr (w przypadku wadium w pieniądzu)
 - 9) Oświadczam, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 - 10) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
 - a) wykonanie części dotyczącej podwykonawcy
 - b) wykonanie części dotyczącej podwykonawcy
 - c) wykonanie części dotyczącej podwykonawcy

5. **Hasło dostępu do JEDZ:**

6. **Inne informacje Wykonawcy:**

1)

2)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



3)

Oferta złożona zostaje na kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość data

.....

Podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-ce

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|-------|--|--------------|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Myjnia-dezynfektor | 2 | | | | |
| 2. | Urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną | 1 | | | | |
| 3. | Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa | 1 | | | | |
| 4. | Sterylizator parowy 4 JW. | 1 | | | | |
| 5. | Sterylizator parowy 6 JW. | 1 | | | | |
| 6. | Instalacja | 1 | | | | |
| RAZEM | | | | | | |



| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość szt. | Punktacja | Parametry wymagane | Dokładny opis parametrów oferowanego wyrobu wyposażenia dla każdej pozycji. |
|----------------------|--|------------|---|--------------------|---|
| Pozycja nr. 1 | Myjnia-dezynfektor Oferowany model: Producent: | 2 | | Tak | |
| 1. | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe). | | | Tak | |
| 2. | - do zabudowy w jedną ścianę, przelotowa | | | Tak | |
| 3. | - obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI | | | Tak | |
| 4. | - oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne umieszczone na górnej ścianie komory | | | Tak | |
| 5. | - drzwi przesuwne, otwierane i zamykane automatycznie, całkowicie przeszklone | | | Tak | |
| 6. | - podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia w celu higienicznego oczyszczania komory lub grzałki w komorze mycia | | Grzałki poza komorą mycia - 10 pkt; grzałki w komorze mycia – 0 pkt | Tak | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|--|
| 7. | - pojemność na jeden wsad: min. 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm - lub min. 7 zestawy anestezjologiczne - lub min. 2 zestawy mikrochirurgiczne | | | Tak | |
| 8. | - dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania | | | Tak | |
| 9. | - kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 4 cale lub kolorowy dotykowy panel o przekątnej minimum 4 cale, z analogową (alfanumeryczną) i graficzną (wykres temperatury) prezentacją przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim | | Kolorowy dotykowy ekran o przekątnej $\geq 4''$ - 10 pkt; kolorowy dotykowy panel o przekątnej $\geq 4''$ - 0 pkt | Tak | |
| 10. | - kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów | | | Tak | |
| 11. | - min. 10 stałych programów fabrycznych | | | Tak | |
| 12. | - możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 10 programów | | 10 programów - 0 pkt; 11 – 30 programów – 5 pkt; więcej niż 30 programów – 10 pkt | Tak | |
| 13. | - program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | | | Tak | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|--|
| 14. | - programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | | | Tak | |
| 15. | - programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną | | | Tak | |
| 16. | - możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika | | | Tak | |
| 17. | - ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | | | Tak | |
| 18. | - myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze oraz system informujący o nieprawidłowej pozycji wózka wewnątrz komory mycia | | | Tak | |
| 19. | - pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych, informacja o przewodności wody umieszczona na wydruku lub na wyświetlaczu | | Informacja na wydruku – 10 pkt; informacja na wyświetlaczu – 0 pkt | Tak | |
| 20. | - sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu | | | Tak | |



| | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|--|
| 21. | - możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) | | | Tak | |
| 22. | - program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. | | | | |
| 23. | - monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | | | Tak | |
| 24. | - zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu | | | Tak | |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-----|--|
| 25. | - pompa/pompy obiegowe o wydajności min. 700 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych | | Pompa/pompy o wydajności ≥ 900 l/min - 10 pkt; pompa/pompy o wydajności 700 - 900 l/min – 0 pkt | Tak | |
| 26. | - dwa agregaty suszące gorącym powietrzem lub jeden agregat suszący z regulacją temperatury suszenia, każdy wyposażony w filtry powietrza, wstępny i HEPA min. H14 | | | Tak | |
| 27. | - dwa agregaty suszące lub jeden agregat z napędem/ami silnikiem prądu zmiennego bez części podlegających zużyciu (bez szczotek węglowych) | | | Tak | |
| 28. | - informacja o zapchaniu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki | | Pomiar różnicy ciśnień - 10 pkt; licznik godzin pracy - 0 pkt | Tak | |
| 29. | - kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) | | | Tak | |



| | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|--|
| 30. | - min. 4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego lub w mililitrach bezpośrednio z panela sterującego dla każdego programu oddzielnie | | Nastawa procentowa stężenia – 10 pkt; nastawa w mililitrach/gramach na litr – 5 pkt; nastawa w mililitrach - 0 pkt | Tak | |
| 31. | - drukarka do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim, z trwałym wydrukiem | | | Tak | |
| 32. | - kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola ich poziomu w pojemnikach lub zbiornikach pośrednich centralnego systemu dozowania | | | Tak | |
| 33. | - zawór spustowy wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni lub pompa odpływowa, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią | | Zawór spustowy – 10 pkt; pompa odpływowa – 0 pkt | Tak | |
| 34. | - przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) | | | Tak | |



| | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|--|
| 35. | - zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 40 litrów | | do 25 litrów - 10 pkt; 26-30 litrów - 5 pkt; 31-40 litrów - 0 pkt | Tak | |
| 36. | - zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie większa niż 26 kW | | | Tak | |
| 37. | - max. szerokość myjni 1100 mm | | | Tak | |
| 38. | Wózek transportowy/załadowniczy do wózków wsadowych | 2 | | Tak | |
| 39. | - wyposażony w system sprzęgania z myjnią i wózkiem wsadowym | | | Tak | |
| 40. | - 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem | | | Tak | |
| 41. | - wyjmowana taca ociekowa | | | Tak | |
| 42. | - wykonanie: stal kwasoodporna | | | Tak | |
| 43. | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych | 2 | | Tak | |
| 44. | - pojemność 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm | | | Tak | |
| 45. | - 6 poziomów mycia | | | Tak | |
| 46. | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji | | | Tak | |
| 47. | - wykonanie: stal kwasoodporna | | | Tak | |
| 48. | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | 1 | | Tak | |



| | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|--|
| 49. | - pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm | | | Tak | |
| 50. | - min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne | | | Tak | |
| 51. | - górny poziom wózka z min. 30 przyłączami do narzędzi rurowych | | | Tak | |
| 52. | - pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | | | Tak | |
| 53. | - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | | | Tak | |
| 54. | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji | | | Tak | |
| 55. | - wykonanie: stal kwasoodporna | | | Tak | |
| 56. | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych | 1 | | Tak | |
| 57. | - pojemność min. 3 pojemniki sterylizacyjne z pokrywami, o wymiarach 600 x 300 x 150 mm | | | Tak | |
| 58. | - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | | | Tak | |
| 59. | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji | | | Tak | |
| 60. | - wykonanie: stal kwasoodporna | | | Tak | |
| 61. | Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy | | | Tak | |
| 62. | Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1 | | Tak | |
| 63. | - objętość złoża 30-40 l | | | Tak | |
| 64. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | | | Tak | |



| | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|--|
| 65. | - przyłącze wody 1" | | | Tak | |
| 66. | Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1 | | Tak | |
| 67. | - objętość złoża 30-40 l | | | Tak | |
| 68. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | | | Tak | |
| 69. | - przyłącze wody 1" | | | Tak | |
| 70. | Zmiękczac wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstotliwością regeneracji | 1 | | Tak | |
| 71. | - objętość złoża 2 min. 30 l. | | | Tak | |
| 72. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | | | Tak | |
| 73. | - regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach) | | | Tak | |
| 74. | - zużycie soli - podać w kg/regenerację | | | Tak | |
| 75. | Filtr świecowy 20", o zwiększonej średnicy, przeznaczony do większej przepustowości wody, przyłącze 1" - ujęcie wody zmiękczonej do pomp próżniowych sterylizatorów, do myjni-dezynfektorów do narzędzi | 1 | | Tak | |
| 76. | - wkład filtracyjny 20", 5 µm - 5 szt. | | | Tak | |
| 77. | - wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany | | | Tak | |
| 78. | - zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 50 l, do kompensacji spadków ciśnienia | | | Tak | |
| 79. | Osmozer | 1 | | Tak | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|--|
| 80. | - wydajność - min. 7 m ³ na dobę przy temp. wody 25°C; min. 4 m ³ na dobę przy temp. wody 10°C | | | Tak | |
| 81. | - rodzaj membran - spiralne | | | Tak | |
| 82. | - zdolność oczyszczania - min. 98 % | | | Tak | |
| 83. | - zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11 | | | Tak | |
| 84. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW | | | Tak | |
| 85. | - wyposażenie/wykonanie: | | | Tak | |
| 86. | - wysokowydajna pompa wysokociśnieniowa ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 87. | - przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej i ściekowej | | | Tak | |
| 88. | - cyfrowe mierniki przewodności wody zasilającej i oczyszczonej w μS/cm | | | Tak | |
| 89. | - sterowanie mikroprocesorowe | | | Tak | |
| 90. | - automatyczne wyłączenie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody | | | Tak | |
| 91. | - współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej | | | Tak | |
| 92. | - filtr dokładny 20", 5 μm | | | Tak | |
| 93. | Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą | 1 | | Tak | |
| 94. | - pojemność min. 1000 l | | | Tak | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|-----|--|
| 95. | - materiał zbiornika - polietylen | | | Tak | |
| 96. | - wyposażenie/wykonanie: | | | Tak | |
| 97. | - 3 czujniki poziomu cieczy | | | Tak | |
| 98. | - filtr powietrza 0,2 mikron (oddechowy) | | | Tak | |
| 99. | - zawór spustowy | | | Tak | |
| 100. | Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa | 1 | | Tak | |
| 101. | - wydajność min. 30 l/min. | | | Tak | |
| 102. | - przyłącze wody 1" | | | Tak | |
| 103. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | | | Tak | |
| 104. | Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody oczyszczonej i do sterowania zespołem hydroforowym | 1 | | Tak | |
| 105. | - zawór elektromagnetyczny - 3/4", korpus zaworu ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 106. | - zegar sterujący, programowalny, jednokanałowy - 16 A | | | Tak | |
| 107. | - skrzynia elektryczna - 230 V, 50 Hz | | | Tak | |
| 108. | Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do urządzeń | 1 | | Tak | |
| 109. | - wydajność min. 2 m ³ /h | | | Tak | |
| 110. | - ciśnienie - min. 4 bar | | | Tak | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|-----|--|
| 111. | - pompa hydroforowa wirowa wielostopniowa wykonana ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 112. | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW | | | Tak | |
| 113. | - wyposażenie: | | | Tak | |
| 114. | - zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 50 l | | | Tak | |
| 115. | - wyłącznik ciśnieniowy | | | Tak | |
| 116. | - manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 117. | Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody | 1 | | Tak | |
| 118. | - zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po każdym stopniu uzdatniania wody | | | Tak | |
| 119. | Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody | 1 | | Tak | |
| 120. | - umieszczona w pomieszczeniu Strefa Czysta w CS w dobrze widocznym miejscu | | | Tak | |
| 121. | - sygnalizacja wizualno-akustyczna | | | Tak | |
| 122. | - wskaźniki podświetlane: praca-zielony, oczekiwanie-pomarańczowy, awaria-czerwony | | | Tak | |
| 123. | - przycisk kasowania sygnału akustycznego | | | Tak | |

| Pozycja nr. 2 | Urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną Oferowany model: Producent: | 1 | | Tak | |
|---------------|--|---|---|-----|--|
| 124. | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe). | | | Tak | |
| 125. | - ciśnienie pary - min. 7 bar | | | Tak | |
| 126. | - możliwość przełączania przez użytkownika ciśnienia pary na min. dwa zakresy pracy: niskie i wysokie ciśnienie pary lub obsługa urządzenia tylko na jednym zakresie pracy: wysokim ciśnieniu pary | | Min. dwa zakresy pracy - 10 pkt; jeden zakres pracy – 0 pkt. | Tak | |
| 127. | - pojemność zbiornika - min. 5 l | | | Tak | |
| 128. | - zasilanie elektryczne - 230V; 50 Hz; moc max. 3200 W | | | Tak | |
| 129. | - przyłącze do instalacji sprężonego powietrza | | | Tak | |
| 130. | - wbudowany program do odkamieniania zbiornika | | | Tak | |
| 131. | - wykonanie: obudowa, zbiornik ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 132. | - długość przewodu parowego i sprężonego powietrza z dyszą natryskową z przyłączem typu Luer - min. 1,2 m | | | Tak | |
| 133. | - możliwość mycia parą i przedmuchiwania sprężonym powietrzem poprzez tą samą dyszę natryskową | | | Tak | |



| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-----|--|
| 134. | - zestaw końcówek natryskowych do narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z przyłączem typu Luer - min. 6 szt. (proste o długości min. 50 i 20 cm, zagięta, do drenów o różnej średnicy) | | | Tak | |
| Pozycja nr. 3 | Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa Oferowany model: Producent: | 1 | | Tak | |
| 135. | - wymiary wewnętrzne komory mycia: min. 550 x 300 x 200 mm (d x s x g) | | | Tak | |
| 136. | - komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316Ti wg AISI o grubości min. 1,5 mm, spust i korek spustowy wykonane ze stali kwasoodpornej | | | Tak | |
| 137. | - pokrywa komory mycia ze stali kwasoodpornej z izolacją termiczną i akustyczną, na zawiasach | | | Tak | |
| 138. | - stelaż pod tacę z narzędziami | | | Tak | |
| 139. | - rama, obudowa, drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) | | | Tak | |
| 140. | - czujnik minimalnego wymaganego poziomu wody w komorze mycia | | | Tak | |
| 141. | - sterowanie mikroprocesorowe | | | Tak | |
| 142. | - programowanie temperatury mycia w zakresie od 20 do 80°C | | | Tak | |
| 143. | - automatyczny układ odgazowywania kąpeli mycia | | | Tak | |



| | | | | | |
|---------------|---|---|--|-----|--|
| 144. | - programowanie czasu mycia zakresie od 1 do 99 min | | | Tak | |
| 145. | - wyświetlacz temperatury rzeczywistej i zaprogramowanej oraz wyświetlacz czasu pracy | | | Tak | |
| 146. | - możliwość programowania trybu pracy generatora ultradźwięków - ciągły/impulsowy | | | Tak | |
| 147. | - częstotliwość ultradźwięków 40 kHz | | | Tak | |
| 148. | - moc ultradźwiękowa 2 x 1200 W na okres impulsu | | | Tak | |
| 149. | - moc układu grzania max. 1600 W | | | | |
| 150. | - bateria zimnej i ciepłej wody z wyciąganą wylewką | | | Tak | |
| 151. | - pistolet do mycia wodą demineralizowaną z 8 wymiennymi końcówkami, wyciągany z gniazda w blacie | | | Tak | |
| Pozycja nr. 4 | Sterylizator parowy 4 JW. Oferowany model: Producent: | 1 | | Tak | |
| 152. | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe). | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-----|--|
| 153. | - pozioma przelotowa komora sterylizacyjna bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z pełnym lub żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. | | Pełny płaszcz grzejny – 10 pkt; żebrowany płaszcz grzejny – 0 pkt | Tak | |
| 154. | - przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory. | | | Tak | |
| 155. | - pojemność komory: 4 jedn. wsadu | | | Tak | |
| 156. | - zasilany parą z własnej wbudowanej wytwornicy pary. | | | Tak | |
| 157. | - min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. | | 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym, wytwornicy pary – 10 pkt; 1-2 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt | Tak | |
| 158. | - wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5μS/cm. | | | Tak | |
| 159. | - zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia max. 35 kW. | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-----|--|
| 160. | - wytwornica pary z system automatycznego odgazowywania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, z odzyskiem ciepła ze skroplin, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsłanianie), izolowana termicznie. | | Wodowskaz na panelu czołowym – 10 pkt; wodowskaz w przestrzeni technicznej – 0 pkt | Tak | |
| 161. | - wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej oraz wizualnie przez Użytkownika poprzez wodowskaz widoczny na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej lub wodowskaz w przestrzeni technicznej sterylizatora. | | | Tak | |
| 162. | - programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy (wymienić i opisać programy, załączyć kopie wydruków z programów na pojemniki sterylizacyjne i priony). | | | Tak | |
| 163. | - programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | | | Tak | |
| 164. | - sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | | | Tak | |
| 165. | - optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach. | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|---|--|---|-----|--|
| 166. | - procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | | | Tak | |
| 167. | - sterownik urządzenia po stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy ekran sterowania dotykowy, przekątna ekranu min. 4" lub kolorowy panel z wyświetlaczem o przekątnej min. 4" | | Kolorowy dotykowy ekran o przekątnej $\geq 4''$ - 10 pkt; kolorowy dotykowy panel o przekątnej $\geq 4''$ - 0 pkt | Tak | |
| 168. | - panel z wyświetlaczem min. 3 – wierszowym po stronie wyładowniczej. | | | Tak | |
| 169. | - po stronie załadowniczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) i numerycznej (wartości parametrów), wartość F0, oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | | | Tak | |
| 170. | - po stronie rozładowniczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | | | Tak | |



| | | | | | |
|------|--|--|--|-----|--|
| 171. | - pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz ciśnienie w płaszczu. | | | Tak | |
| 172. | - możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności. | | | Tak | |
| 173. | - wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją np. świetlną w przypadku ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowniczej i wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowniczej. | | | Tak | |
| 174. | - komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | | | Tak | |
| 175. | - alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | | | Tak | |
| 176. | - rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka zamontowana po stronie załadowniczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|--|---|-----|--|
| 177. | - rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci (np. pamięć USB), gniazdo zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane w panelu czołowym po stronie załadowniczej lub w przestrzeni technicznej. | | Port USB na panelu czołowym - 10 pkt; port USB w przestrzeni technicznej – 0 pkt | Tak | |
| 178. | - możliwość otwierania plików z parametrami procesu na standardowym komputerze PC oraz możliwość wydruku parametrów procesu na standardowym papierze formatu A4 w postaci graficznej (wykres/diagram – dla każdego parametru procesu inny kolor) i numerycznej. | | | Tak | |
| 179. | - możliwość podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) | | | Tak | |
| 180. | - program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. | | | Tak | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----|--|
| 181. | - dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. | | | Tak | |
| 182. | - niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | | | Tak | |
| 183. | - pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | | | Tak | |
| 184. | - zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | | | Tak | |
| 185. | - w panelu czołowym po stronie załadowniczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary. | | | Tak | |
| 186. | - w panelu czołowym po stronie rozładowniczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. | | | Tak | |
| 187. | - lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm ±1 mm. | | | Tak | |
| 188. | - komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | | | Tak | |
| 189. | - komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: | | | Tak | |
| 190. | - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, | | | | |
| 191. | - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----|--|
| | spuście z komory. | | | | |
| 192. | - zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali kwasoodpornej. Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi lub przyłącza gwintowane. | | Przyłącza klamrowe - 10 pkt; przyłącza gwintowane - 0 pkt | Tak | |
| 193. | - drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią one na opór. | | Napęd pneumatyczny – 10 pkt.; napęd elektryczny – 0 pkt. | Tak | |
| 194. | - drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, płaskie od strony komory – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | | | Tak | |
| 195. | - przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|--|---|-----|--|
| 196. | - uszczelka drzwi nie wymagająca smarowania lub wymagająca smarowania, o trwałości min. 1000 cykli sterylizacji (potwierdzić oświadczeniem producenta trwałość uszczelki oraz w przypadku uszczelki nie wymagającej smarowania oświadczeniem producenta, że uszczelki nie należy smarować żadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas całego okresu jej eksploatacji) dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodną. | | Uszczelka z dociskiem sprężonym powietrzem bez smarowania o trwałości ≥ 3000 cykli - 10 pkt; uszczelka z dociskiem sprężonym powietrzem bez smarowania o trwałości < 3000 cykli – 5 pkt; uszczelka z dociskiem parą wodną lub sprężonym powietrzem wymagająca smarowania - 0 pkt | Tak | |
| 197. | - zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i rozładowniczej. | | | Tak | |
| 198. | - próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 60 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy. | | Hałas ≤ 55 dB – 10 pkt; hałas 56-60 dB – 0 pkt | Tak | |
| 199. | - system oszczędzania wody chłodzącej (opisać | | | Tak | |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--|-----|--|
| | zastosowany system). | | | | |
| 200. | - sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza. | | | Tak | |
| 201. | - wymiary zabudowy dla dwóch sterylizatorów z wbudowanymi wytwornicami pary, łącznie z przestrzenią techniczną: max. 2800 x 1400 x 2000 mm (sxgxw). | | | Tak | |
| 202. | - zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewna/kwasoodporna | | | | |
| 203. | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych o pojemności 4 STE. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia) | 1 | | Tak | |
| 204. | Wózek transportowy dla wózka wsadowego o pojemności 4 STE, do za/wyładunku komory | 2 | | Tak | |
| 205. | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 1 godzinie. | 1 | | Tak | |
| Pozycja nr. 5 | Sterylicator parowy 6 JW. Oferowany model: Producent: | 1 | | Tak | |
| 206. | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe). | | | Tak | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----|--|
| 207. | - pozioma przelotowa komora sterylizacyjna bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z pełnym lub żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. | | Pełny płaszcz grzejny – 10 pkt; żebrowany płaszcz grzejny – 0 pkt | Tak | |
| 208. | - przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory. | | | Tak | |
| 209. | - pojemność komory: 6 jedn. wsadu | | | Tak | |
| 210. | - zasilany parą z własnej wbudowanej wytwornicy pary. | | | Tak | |
| 211. | - min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. | | 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym, wytwornicy pary – 10 pkt; 1-2 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt | Tak | |
| 212. | - wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5μS/cm. | | | Tak | |
| 213. | - zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia max. 55 kW. | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-----|--|
| 214. | - wytwornica pary z system automatycznego odgazowywania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, z odzyskiem ciepła ze skroplin, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsłanianie), izolowana termicznie. | | Wodowskaz na panelu czołowym – 10 pkt; wodowskaz w przestrzeni technicznej – 0 pkt | Tak | |
| 215. | - wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej oraz wizualnie przez Użytkownika poprzez wodowskaz widoczny na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej lub wodowskaz w przestrzeni technicznej sterylizatora. | | | Tak | |
| 216. | - programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy (wymienić i opisać programy, załączyć kopie wydruków z programów na pojemniki sterylizacyjne i priony). | | | Tak | |
| 217. | - programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | | | Tak | |
| 218. | - sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | | | Tak | |
| 219. | - optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach. | | | Tak | |



| | | | | | |
|-------------|---|--|---|-----|--|
| 220. | - procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | | | Tak | |
| 221. | - sterownik urządzenia po stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy ekran sterowania dotykowy, przekątna ekranu min. 4" lub kolorowy panel z wyświetlaczem o przekątnej min. 4" | | Kolorowy dotykowy ekran o przekątnej $\geq 4''$ - 10 pkt; kolorowy dotykowy panel o przekątnej $\geq 4''$ - 0 pkt | Tak | |
| 222. | - panel z wyświetlaczem min. 3 – wierszowym po stronie wyładowniczej. | | | Tak | |
| 223. | - po stronie załadowniczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) i numerycznej (wartości parametrów), wartość F0, oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | | | Tak | |
| 224. | - po stronie rozładowniczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | | | Tak | |



| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----|--|
| 225. | - pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz ciśnienie w płaszczu. | | | Tak | |
| 226. | - możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności. | | | Tak | |
| 227. | - wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją np. świetlną w przypadku ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowniczej i wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowniczej. | | | Tak | |
| 228. | - komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | | | Tak | |
| 229. | - alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | | | Tak | |
| 230. | - rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka zamontowana po stronie załadowniczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). | | | Tak | |



| | | | | | |
|------|--|--|---|-----|--|
| 231. | - rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci (np. pamięć USB), gniazdo zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane w panelu czołowym po stronie załadowniczej lub w przestrzeni technicznej. | | Port USB na panelu czołowym - 10 pkt; port USB w przestrzeni technicznej – 0 pkt | Tak | |
| 232. | - możliwość otwierania plików z parametrami procesu na standardowym komputerze PC oraz możliwość wydruku parametrów procesu na standardowym papierze formatu A4 w postaci graficznej (wykres/diagram – dla każdego parametru procesu inny kolor) i numerycznej. | | | Tak | |
| 233. | - możliwość podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) | | | Tak | |
| 234. | - program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. | | | Tak | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----|--|
| 235. | - dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. | | | Tak | |
| 236. | - niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | | | Tak | |
| 237. | - pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | | | Tak | |
| 238. | - zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | | | Tak | |
| 239. | - w panelu czołowym po stronie załadowniczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary. | | | Tak | |
| 240. | - w panelu czołowym po stronie rozładowniczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. | | | Tak | |
| 241. | - lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm ±1 mm. | | | Tak | |
| 242. | - komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | | | Tak | |
| 243. | - komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: | | | Tak | |
| 244. | - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, | | | | |
| 245. | - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----|--|
| | spuście z komory. | | | | |
| 246. | - zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane ze stali kwasoodpornej. Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi lub przyłącza gwintowane. | | Przyłącza klamrowe - 10 pkt; przyłącza gwintowane - 0 pkt | Tak | |
| 247. | - drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią one na opór. | | Napęd pneumatyczny – 10 pkt.; napęd elektryczny – 0 pkt. | Tak | |
| 248. | - drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, płaskie od strony komory – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | | | Tak | |
| 249. | - przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | | | Tak | |



| | | | | | |
|------|--|--|---|-----|--|
| 250. | - uszczelka drzwi nie wymagająca smarowania lub wymagająca smarowania, o trwałości min. 1000 cykli sterylizacji (potwierdzić oświadczeniem producenta trwałość uszczelki oraz w przypadku uszczelki nie wymagającej smarowania oświadczeniem producenta, że uszczelki nie należy smarować żadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas całego okresu jej eksploatacji) dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodną. | | Uszczelka z dociskiem sprężonym powietrzem bez smarowania o trwałości ≥ 3000 cykli - 10 pkt; uszczelka z dociskiem sprężonym powietrzem bez smarowania o trwałości < 3000 cykli – 5 pkt; uszczelka z dociskiem parą wodną lub sprężonym powietrzem wymagająca smarowania - 0 pkt | Tak | |
| 251. | - zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i rozładowniczej. | | | Tak | |
| 252. | - próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 60 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy. | | Hałas ≤ 55 dB – 10 pkt; hałas 56-60 dB – 0 pkt | Tak | |
| 253. | - system oszczędzania wody chłodzącej (opisać | | | Tak | |

| | | | | | |
|------|--|---|--|-----|--|
| | zastosowany system). | | | | |
| 254. | - sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza. | | | Tak | |
| 255. | - wymiary zabudowy dla dwóch sterylizatorów z wbudowanymi wytwornicami pary, łącznie z przestrzenią techniczną: max. 2800 x 1400 x 2000 mm (sxgxw). | | | Tak | |
| 256. | - zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewna/kwasoodporna | | | | |
| 257. | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych o pojemności 6 STE. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia) | 1 | | Tak | |
| 258. | Wózek transportowy dla wózka wsadowego o pojemności 6 STE, do za/wyładunku komory | 2 | | Tak | |
| 259. | Na wniosek Użytkownika, w późniejszym terminie Wykonawca zdemontuje, przeniesie i ponownie zainstaluje wszystkie wymienione sprzęty w pozycjach od 1 do 5 do nowej lokalizacji tj. nowa Centralna Sterylizacja | | | Tak | |

Uwagi i objaśnienia:



- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Parametry o określonych warunkach liczbowych („>” lub „<”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.



Załącznik nr 3 Istotne postanowienia przyszłej umowy

Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy nr/2018

zawarta w dniu2018 r., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000034997, NIP 544-12-95-180, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....

.....

zwanej dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

zwanymi dalej **Stronami**, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579,), zwanej dalej PZP, znak postępowania: SP ZOZ ZP/06/18.

Przedmiot umowy



§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa fabrycznie **nowych urządzeń i sprzętów medycznych** zwanych dalej **Urządzeniami**. Dostarczone Urządzenia muszą być zgodne z warunkami opisanymi w:
 - 1) formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy;
 - 2) opisami technicznymi oferowanych Urządzeń, zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy;
 - 3) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu, które wskazano w § 1,
 - 4) ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w § 1.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) dostarczenia Urządzenia na miejsce dostawy wskazane w Umowie,
 - 2) pokrycia ewentualnych kosztów ceł, odprawy celnej,
 - 3) rozładunku w miejscu dostawy,
 - 4) instalacji i montażu oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do eksploatacji) Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - 5) pozostałych świadczeń wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy.
3. Koszty wszelkich świadczeń związanych z wykonaniem Umowy, w tym wskazanych w ust. 2 ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, deklaracje CE w rozumieniu prawa polskiego, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania jako urządzenia medycznego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) dysponuje Urządzeniami, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Urządzenia są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;



- 2) Urządzenia są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż), odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych;
- 3) Wykonawca oświadcza, że Urządzenia są zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty - które przedstawi Zamawiającemu na pisemne żądanie w terminie 5 dni roboczych.
- 4) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

Wartość umowy

§ 3

1. Wysokość całkowita wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi złotych brutto, słownie (.....) za dostawę sprzętu
zgodnie z Załącznikiem nr 1a – Formularzem Asortymentowo – Cenowym stanowiącym integralną część umowy.
2. Cena dostawy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy i zawiera w szczególności: wartość towaru, podatek VAT i inne należne podatki i cła, koszty transportu, rozładunku, instalacji/montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty świadczeń wskazanych w załączniku nr 1a do umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
4. Zmiana stawki podatku VAT nie prowadzi do podniesienia wartości netto ceny dostawy, określonej w ust. 1.



Termin wykonania umowy. Realizacja umowy

§ 4

1. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 112 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wykonawca dostarczy Urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zakresie budynku przy ul. Szpitalnej 8, 17-300 Siemiatycze. Termin dostawy, instalacji i montażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni roboczych.
3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiającemu Urządzenia wraz z dokumentacją, po uprzednim jego zainstalowaniu/montażu i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu wymaganą Umową i przepisami prawa dokumentację Urządzenia, w szczególności:
 - 1) paszport techniczny Urządzenia;
 - 2) instrukcję obsługi w języku polskim, oraz - jeżeli dotyczy - pełne aktualne oprogramowanie na płycie CD;
 - 3) dokument gwarancji producenta;
 - 4) deklarację CE wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej – jeżeli w świetle wskazanych przepisów jest możliwe wystawienie deklaracji na Urządzenie.
5. Należyte wykonanie Umowy, w zakresie dostawy Urządzenia zostanie potwierdzone protokołami odbioru częściowego i protokołem odbioru końcowego sporządzonym w formie pisemnej, podpisanym/i przez przedstawicieli obu Stron. Datę podpisania protokołu końcowego uważa się za datę wykonania dostawy urządzenia, o której mowa w ust. 1.
6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) Urządzenia lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w montażu lub uruchomieniu Urządzenia Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości.
7. W ramach ceny dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i użytkowania Urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w budynku,



o którym mowa w ust. 2, w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o przeszkoleniu.

Rozliczenia finansowe

§ 5

1. Podstawą rozliczenia dostawy jest podpisany i zaakceptowany przez Strony protokół odbioru końcowego/ protokoły odbioru częściowego wskazane w § 4 ust. 5 oraz prawidłowo wystawiona faktura.
2. Termin zapłaty ceny wynosi 30 dni, będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie po dokonaniu odbioru/ów Urządzeń/nia przez Zamawiającego i musi być zgodna z protokołem/ami odbioru, o którym/ch mowa w § 4 ust. 5.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr.....
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania protokołu/ów odbioru urządzenia w imieniu Zamawiającego
6. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania protokołu/ów odbioru urządzenia w imieniu Wykonawcy: nr tel., lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Wykonawcę.

Gwarancja

§ 6

1. Wykonawca od chwili podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru Urządzenia (§ 4 ust. 5) gwarantuje właściwą jego jakość. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie posiada właściwości określone w Umowie, w tym w dokumentach wskazanych w § 2 ust. 1 i udziela Zamawiającemu **miesięcznej** gwarancji jakości na Urządzenie. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bez



- zastrzeżeń protokołu odbioru Urządzenia lub protokołu odbioru Urządzenia z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach stwierdzonych w trakcie gwarancji, w terminie 14 dni od ich ujawnienia się.
 3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. /dotyczy sprzętu medycznego/
 4. Wykonawca usuwa wadę:
 - a. nie wymagającej importu części w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze /dotyczy sprzętu medycznego/
 - b. wymagającej importu części w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. /dotyczy sprzętu medycznego/
 - c. chyba, że Strony uzgodniły inny terminy albo Zamawiający wyznaczył w zawiadomieniu inny termin (nie krótszy niż 2 dni robocze).
 5. Naprawa Urządzenia powinna nastąpić bez jego przemieszczenia, w szczególności poza siedzibę Zamawiającego, w terminach wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku niemożności naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny koszt i zwraca go Zamawiającemu najpóźniej w 10 dniu roboczym liczonym od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 6. Jeżeli wada nie może być w tym terminie usunięta, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z nim wyznaczy inny termin, umożliwiający usunięcie wady Urządzenia.
 7. Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, w terminie nie dłuższym niż 42 dni od dnia zgłoszenia wady.
 8. Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz dalsze postanowienia Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi w Umowie i załącznikach dla niej, dokumencie gwarancyjnym Wykonawcy lub dokumencie gwarancyjnym innej osoby dotyczącym Urządzenia (np. producenta, importera itd.) stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
 9. Gwarancja obejmuje przeglądy i konserwację Urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy wraz z częściami zamiennymi (bez materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu).



10. Naprawa Urządzenia lub jego wymiana na nowe w ramach gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Każda naprawa Urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas, w ciągu którego skutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z Urządzenia.
12. Okres gwarancji na wymienione elementy (części) urządzenia biegnie od dnia wymiany i wynosi 24 miesiące chyba, że okres gwarancji wynikający z ust. 1 jest dłuższy.
13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o stwierdzonych wadach, brakach lub awariach urządzenia i konieczności dokonania ich usunięcia przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem tel.:.....e-mail:....., fax:..... w godzinach od 7.30 do 15.00.
15. W razie trzykrotnej naprawy urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) Urządzenia lub całego Urządzenia na nowe, w terminie wskazanym w ust. 5.
16. Koszty transportu związane z realizacją gwarancji obciążają Wykonawcę.
17. Wykonawca gwarantuje okres dostępności dla Zamawiającego części zamiennych do Urządzenia wynoszący minimum 10 lat od dnia dostawy Urządzenia.
18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Każda naprawa winna być odnotowana w karcie gwarancyjnej.

Istotna zmiana okoliczności



§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Kary umowne. Odstąpienie od umowy

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
 - a) z tytułu uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,5 % asortymentu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, za każdy rozpoczęty dzień w stosunku do terminów określonych w umowie;
 - b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,
 - c) z tytułu uchybienia terminu naprawy Urządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości 0,5 % asortymentu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - d) z tytułu uchybienia terminu wymiany Urządzenia na nowe, o którym mowa w § 6 ust. 5 lub ust. 15 w wysokości 0,5 % asortymentu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - e) z tytułu uchybienia § 6 ust. 15 w wysokości w wysokości 2 % asortymentu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;



- f) w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W razie stwierdzenia w czasie obioru wad Urządzenia, nieprawidłowego montażu lub funkcjonowania urządzenia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 dni na wymianę Urządzenia na wolne od wad lub dokonanie prawidłowego montażu i uruchomienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy; oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Opóźnienia w dostawie wynoszące co najmniej 5 dni od terminu ustalonego w § 4 ust. 1, Zamawiający może uznać za niewykonanie umowy. W przypadku niewykonania Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części dotkniętej opóźnieniem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części dotkniętej uchybieniem Umowie. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający wzywa Wykonawcę do należytego wykonania Umowy w całości i określa Wykonawcy termin na należyte wykonania Umowy w całości. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 6. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie.

Zmiana postanowień umowy

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym zakresie:
 - 1) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych,



- 2) zastąpienie Urządzenia zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego (znak postępowania:) - dostarczanego w ramach realizacji Umowy, Urządzeniem innym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakościowe jakie posiadało urządzenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy lub lepsze - w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż cena oferowanego Urządzenia zamiennego nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować inne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji, ekspertyz badań lub wyjaśnień na koszt Wykonawcy.
3. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10.
4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 5 ust. 5 i 6. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

§ 10

1. Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.



3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.
6. Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i inne właściwe przepisy.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego i bez zachowania trybu przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z



- Umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
 6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 7. Postanowienia ust. 6 nie stosuje się w zakresie, w jakim obowiązek udostępnienia informacji osobie trzeciej wynika z przepisu prawa.

Zamawiający

Wykonawca



Załącznik nr 4 JEDZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia². Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia³ w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Otrzymany numer ogłoszenia 328835-2018-PL

<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328835-2018:TEXT:PL:HTML>

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 144-328835

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tożsamość zamawiającego ⁴ | Odpowiedź: |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |

2 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

3 W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.
W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

4 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.



| | |
|--|---|
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁵ : | Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w Siemiatyczach |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁶ : | SP ZOZ ZP/06/18 |
| Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. | |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
|--|---|
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy>(*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.(*2) | [] [] |
| Adres pocztowy: | [.....] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁷ : | [.....] |
| Telefon: | [.....] |
| Adres e-mail: | [.....] |
| Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [.....] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁸ ? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

5 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

6 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

7 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.



| | |
|--|--|
| <p>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁹ : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”¹⁰ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>[...]</p> |
| <p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p> |
| <p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹¹:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> | <p>a) [...]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [...][...][...][...]</p> <p>c) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> |

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

9 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

10 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

11 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.



| | |
|--|---|
| <p>Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> |
| <p>Rodzaj uczestnictwa:</p> | <p>Odpowiedź:</p> |
| <p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹²?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> |
| <p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p> | |
| <p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p> | <p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> |
| <p>Części</p> | <p>Odpowiedź:</p> |
| <p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p> | <p>[]</p> |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją>(*3) | Odpowiedź: |
|--|---------------------|
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [.....], [.....] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [.....] |
| Adres pocztowy: | [.....] |
| Telefon: | [.....] |
| Adres e-mail: | [.....] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [.....] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
|---|---|
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹³.



D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
|---|---|
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹⁴;
2. **korupcja**¹⁵;
3. **nadużycie finansowe**¹⁶;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁷
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁸

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁵ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁶ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).



6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁹.**

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
|--|--|
| <p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²⁰</p> |
| <p>Jeżeli tak, proszę podać²¹:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p> | <p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²²</p> |
| <p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia²³ („samooczyszczenie“)?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> |
| <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²⁴:</p> | <p>[.....]</p> |

19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

23 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

24 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: | |
|---|---|---|
| <p>Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?</p> | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie | |
| | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | <p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p> | <p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p> |



| | |
|--|--|
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁵ [.....][.....][.....] |
|--|--|

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁶

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
|---|--|
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ^{27,2} | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁸ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak : | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

25 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

26 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

27 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

28 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.



| | |
|---|--|
| <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁹.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego³⁰?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³¹ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> |

29 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

30 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

31 Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



| | |
|---|---|
| <p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> |
| <p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p> |
| <p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> |



**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH
KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU
ZAMAWIAJĄCEGO**

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym(*4) | Odpowiedź: |
|---|--|
| <p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³²</p> |
| <p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwzięć środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> |

32 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.



Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
|---|---|
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
|---|--|
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³³ . Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] |

33 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
|--|--|
| <p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴ (-):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p> |
| <p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁵ (-):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p> |
| <p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p> | <p>[.....]</p> |
| <p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁶ określonych w stosownym ogłoszeniu lub</p> | <p>(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁷ — oraz wartość):</p> |

34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.



| | |
|--|--|
| dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | {.....}, {.....} ³⁸ {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....} |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | {.....} {...} waluta {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....} |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | {.....} {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....} |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
|---|--|
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane : W okresie odniesienia ³⁹ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju : Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): {...} Roboty budowlane: {.....} {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....} |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi : | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach |

38 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

39 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.



| <p>W okresie odniesienia⁴⁰ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴¹:</p> | <p>zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="826 315 1390 454"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 315 1007 383">Opis</th> <th data-bbox="1007 315 1129 383">Kwoty</th> <th data-bbox="1129 315 1230 383">Daty</th> <th data-bbox="1230 315 1390 383">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 383 1007 454"></td> <td data-bbox="1007 383 1129 454"></td> <td data-bbox="1129 383 1230 454"></td> <td data-bbox="1230 383 1390 454"></td> </tr> </tbody> </table> | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | | | | |
|---|---|------|----------|------|----------|--|--|--|--|
| Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴², w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p> | <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> | | | | | | | | |
| <p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p> | <p>[.....]</p> | | | | | | | | |
| <p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p> | <p>[.....]</p> | | | | | | | | |
| <p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴³ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> | | | | | | | | |
| <p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w</p> | <p>a) [.....]</p> | | | | | | | | |

40 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

41 Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

42 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

43 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ rządowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.



| | |
|---|--|
| <p>stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):</p> <p>b) jego kadra kierownicza:</p> | <p>b) [.....]</p> |
| <p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p> | <p>[.....]</p> |
| <p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p> | <p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p> |
| <p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p> | <p>[.....]</p> |
| <p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴⁴ następującą część (procentową) zamówienia:</p> | <p>[.....]</p> |
| <p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p> |
| <p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> |

44 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).



| | |
|--|---|
| <p>norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p>{...}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p> |
|--|---|

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
|--|---|
| <p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p> |
| <p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p> | <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p> |



Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
|--|---|
| <p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁵, proszę wskazać dla każdego z nich:</p> | <p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁶</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}⁴⁷</p> |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

45 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.



a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁸, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁹, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatcze.** nr ogłoszenia w DzU: 2017/S 040-072577

Data[.....], miejscowość[.....], podpis(y):[.....
.]

Instrukcja wypełnienia załącznika nr 4 JEDZ

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto: "xyz", wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem: "~~xyz~~", należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy PZP.

48 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

49 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.



Załącznik nr 5

Uwaga:

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu na „Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w Siemiatyczach

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(nazwa wykonawcy)

oświadczam, że:

- 1) * **Nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, tym samym nie należę do grupy kapitałowej z pozostałymi uczestnikami w/w postępowania o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.)

- 2) * **Zachodzą** w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innymi uczestnikami w/w postępowania o zamówienie publiczne, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) - niepotrzebne skreślić



Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji (w postaci odpowiedzialności karnej za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego)

data.....

.....

Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do

*składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy*

Załącznik nr 6

.....
(pieczęć wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), odda Wykonawcy:

.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby¹

.....
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na „.....

.....
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia²:

.....
.....
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą³:



.....

.....
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....
*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

-
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
 - wiedza i doświadczenie
 - potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)
 - osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)
 - zdolności finansowe i ekonomiczne

 2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozdzielnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

 3. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.



Załącznik nr 7

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

| Przedmiot dostawy | (nazwa i miejsce realizacji) | Całkowita wartość brutto* | Terminy realizacji dostawy | Nazwa odbiorcy |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | |

Uwaga! Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że przedstawione dostawy, określone w warunkach udziału, zostały wykonane należycie.

.....
podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy