



Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze 27.08.2018r .

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni SPZOZ w Siemiatyczach”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/06/18

**Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

**Pytanie 1, dot. myjnia dezynfektor – pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z programem serwisowym w sterowniku z informacją o potrzebie wykonania przeglądu technicznego, bez interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej myjni dezynfektora ze wskazaniem stanu pracy podzespołów na obudowie sterownika oraz na obudowach tych podzespołów ?

**Odp.: Brak zgody**

**Pytanie 2, dot. myjnia dezynfektor – pkt 29**

Czy Zamawiający ma na myśli kondensator oparów z wymiennikiem ciepła, który odzyskuje energię cieplną z powietrza suszącego bez wykorzystania wody ?

**Odp: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3, dot. myjnia dezynfektor – pkt 37**

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektory o szerokości 1110 mm, co nieznacznie odbiega od wymaganej ?

**Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 4, dot. myjnia dezynfektor – pkt 41**

Czy Zamawiający dopuści wyjmowany pojemnik zamiast wyjmowanej tacy ?

**Odp.: Tak dopuszcza**

**Pytanie 5, dot. myjnia dezynfektor – pkt 45**

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy z 4 poziomami mycia o pojemności 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 (po 3 tace na każdym poziomie)?

**Odp.: Tak dopuszcza**

**Pytanie 6, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 160**

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę pary z systemem automatycznego odgazowania poprzez separator bez odzysku ciepła bez skroplin ?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 7, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 169**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez prezentacji wartości F0 na ekranie sterownika ?

Wartość F0

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 8, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 171**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z pomiarem, prezentacją na ekranie sterownika oraz rejestracją w systemie komputerowym temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) i ciśnienia w płaszczu oraz rejestracja na wydruku z jednego czujnika temperatury i jednego czujnika ciśnienia komory?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 9, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 176**

Czy Zamawiający dopuści wydruk wartości ciśnienia w komorze z jednego czujnika oraz temperatury w komorze z jednego czujnika ?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 10, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 180**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z programem serwisowym w sterowniku z informacją o potrzebie wykonania przeglądu technicznego, bez interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej myjni dezynfektora ze wskazaniem stanu pracy podzespołów na obudowie sterownika oraz na obudowach tych podzespołów ?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 11, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 194**

Czy Zamawiający dopuści drzwi komory przesuwne w płaszczyźnie pionowej, z widocznym od strony komory uezbrowaniem zwiększającym sztywność i wytrzymałość drzwi, a nie utrudniającym ich czyszczenia – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu ?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 12, dot. sterylizator parowy 4JW – pkt 201**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę sterylizatorów schodkową z powodu dwóch różnych pojemności sterylizatorów – szerokość zabudowy maksymalnie 2800 mm, wysokość maks, 2000 mm oraz głębokość dłuższego sterylizatora (6 JW) 1600 mm i 1300 mm dla krótszego sterylizatora (4 JW) ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 13, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 214**

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę pary z systemem automatycznego odgazowania poprzez separator bez odzysku ciepła bez skroplin ?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 14, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 223**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez prezentacji wartości F0 na ekranie sterownika ?\

Wartość F0

**Odp.: Nie**

**Pytanie 15, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 225**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z pomiarem, prezentacją na ekranie sterownika oraz rejestracją w systemie komputerowym temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) i ciśnienia w płaszczu oraz rejestracja na wydruku z jednego czujnika temperatury i jednego czujnika ciśnienia komory?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 16, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 230**

Czy Zamawiający dopuści wydruk wartości ciśnienia w komorze z jednego czujnika oraz temperatury w komorze z jednego czujnika ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 17, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 234**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z programem serwisowym w sterowniku z informacją o potrzebie wykonania przeglądu technicznego, bez interaktywnego schematu instalacji wewnętrznej myjni dezynfektora ze wskazaniem stanu pracy podzespołów na obudowie sterownika oraz na obudowach tych podzespołów ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 18, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 248**

Czy Zamawiający dopuści drzwi komory przesuwne w płaszczyźnie pionowej, z widocznym od strony komory uźebrowaniem zwiększającym sztywność i wytrzymałość drzwi, a nie utrudniającym ich czyszczenia – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie 19, dot. sterylizator parowy 6JW – pkt 255**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę sterylizatorów schodkową z powodu dwóch różnych pojemności sterylizatorów – szerokość zabudowy maksymalnie 2800 mm, wysokość maks, 2000 mm oraz głębokość dłuższego sterylizatora (6 JW) 1600 mm i 1300 mm dla krótszego sterylizatora (4 JW) ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w celu poprawnego oszacowania kosztów instalacji urządzeń ?

**Odp: Tak**

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej w Śremińskich  
Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
Andrzej Szewczuk

