



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Siemiatycze, dnia 11.06.2019r

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach**
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy postępowania:
Syg., SP ZOZ ZP/07/19

UCZESTNICZY
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH” w załączniku nr 2 do SIWZ:

Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo ilościowy, pakiet nr 4 poz. 9.

Pakiet nr 4 , pozycja nr 9 JEST:

Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektr+B12um działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%.

Pakiet nr 4 , pozycja nr 9 MA BYĆ:

Preparat w formie płynnego koncentratu do maszynowej dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015 w czasie 5 minut. Na bazie co najmniej wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi, endoskopów giętkich i sztywnych. Niskie stężenie użytkowe 2,5%.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk