



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 3

Siemiatycze 08.03.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/19

**Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

### **Pakiet 1, poz. 4-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski nawiniętej na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 1, poz. 4-6**

Czy zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3 minuty, o czasie moczenia opaski 8-10 sekund?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 1, poz. 12-17**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 2, poz. 14**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 14 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy oddzielny pakiet dla powyższej pozycji. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ wraz z nowo utworzonym pakietem dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

### **Pakiet 2, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100mb z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe z nitką rtg 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 3, poz. 6-7**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe z nitką rtg 17 nitkowe 16 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 12 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 10-12**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10-12 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy oddzielny pakiet dla powyższej pozycji. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ wraz z nowo utworzonym pakietem dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pakiet 3, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wstępnie praną 20 nitkową 4 warstw. w rozmiarze 45x45cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 13**

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serweta była po praniu technologicznym oraz wstępnym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, poz. 13**

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 13 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 2**

Czy Zamawiający w związku z zapisem „5. 10 x tupfer gazowy min 30 cm x 30 cm / 40 x 40 z RTG?” dopuści zestaw z 10 sztukami tupferów gazowych 30cm x 30cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną dwuwarstwową do znieczulenia przewodowego o wymiarach 75cm x 90cm z otworem w centralnej części serwety 10cm x 15cm. Serweta posiada 4 przylepce na rogach serwety. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem Ø7cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 6, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem Ø6cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 6, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem Ø6cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem 6x8cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 6, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp.:**

**Pakiet 7, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany z tyłu na szyi na standardowy rzep?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o IB 3,2?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przesiąkanie płynów na wzmocnieniach min. 66H<sub>2</sub>O?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przesiąkanie płynów na wzmocnieniach min. 65H<sub>2</sub>O?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o IB 4,49?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 4-8**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o określenie żądanej ilości w formularzu cenowym. W kolumnie ilość widnieje zapis 0,00 szt.

**Odp.: 100 szt. asortymentu.**

**Pakiet 7, poz. 10-11**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 7, poz. 13**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 13 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 7, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przezroczystego polikarbonu. Bez regulacji zauszników. Posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach. Zaokrąglone krawędzie. Niesterylne.



**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 10, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z wycięciem „Y” (bez okrągłego otworu)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy pakowany a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 10, poz. 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy oddzielny pakiet dla powyższej pozycji. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ wraz z nowo utworzonym pakietem dostępny będzie na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pakiet 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści bluzę tylko w kolorze niebieskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści bluzę w rozmiarach S-XXL?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści bluzę o odporności na wypychanie na sucho min. 106 Kpa?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści spodnie tylko w kolorze niebieskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarach S-XXL?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści spodnie o odporności na wypychanie na sucho min. 106 Kpa?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową w rozmiarze 45x45cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną pojedynczo a' 1szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
*/podpis w oryginale/*