



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze 08.03.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/19

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu 3 poz. 6 oraz 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów jałowych z nitką radiacyjną, 17-nitkowych; 16 warstwowych; pakowanych a'10, w rozmiarze 10cm x 10cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 3 poz. 10:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów w wymiarze 12x12cm w kształcie „fasolka”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 3 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów w wymiarze 30x30cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 3 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów w wymiarze 19x20cm, pakowanych w opakowania a'10 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu 3 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gazowej, niejałowej serwety operacyjnej, nie pranej, w rozmiarze 45x70cm, z tasiemką oraz elementem RTG zamiast nitki? Przytaczany element RTG jest to taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych dla pakietu 6 (na poszczególne jego pozycje). Pytanie uzasadniamy faktem dużej rozległości zakresu materiałowego pakietu. Rozwiązanie takie umożliwiłoby złożenie ofert na poszczególne pozycje większej ilości Wykonawcom, co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu 6 poz. 4 oraz 5:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 4 oraz 5? Zgoda na takie rozwiązanie skutkowałą będzie umożliwieniem złożenia swej oferty większej ilości wykonawców, co bezpośrednio przyczyni się do uzyskania korzystniejszych warunków zakupu dla Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu 6 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 4 zestawu o składzie jak niżej?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia bez włókien celulozy. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33 μ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej. Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 zestawu o składzie jak niżej ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia bez włókien celulozy. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33 μ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wzmocnionej na stolik Mayo w rozmiarze 78cm x 145cm, z włókniną chłonną w rozmiarze 65cm x 85 cm, o gramaturach spełniających opisy SIWZ, w kolorze niebieskim, składanej w sposób ułatwiający zachowanie zasad aseptyki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu 6 poz. 18 oraz 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla ww. pozycji serwety 2 warstwowej nieprzylepnej jałowej, włóknina PP+PE o wymiarze 50cmx 60cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/