



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 5

Siemiatycze 08.03.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/19

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pakiet nr 1:

1. Poz. nr 4, 5, 6 – opaska gipsowa – czy nie zaszła pomyłka w określeniu czasu wiązania opaski – do 1 minuty i czy Zamawiający wymaga zaferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 minut ?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

2. Poz. nr 4, 5, 6 – opaska gipsowa – czy Zamawiający wymaga, aby zaferowana opaska nawinięta była na trzpień tekturowy? Tylko taki rodzaj trzpienia zagwarantuje, że namaczanie i modelowanie gipsu będzie ułatwione .

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 2:

3. Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający wymaga, aby zaferowane przylepce opatrunkowe na tkaninie i włókninie pokryte były hypoalergicznym klejem kauczukowym?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 6:

4. Poz. nr 1 – zestaw uniwersalny wzmocniony – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, w którym serwety wykonane są z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze max. 60g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m², które nie jest zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej max 140 g/m², o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Poz. nr 1 – zestaw uniwersalny wzmocniony – Zamawiający określił, aby wzmocnienie w zestawie było wysokochłonne. W związku z tym, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga, aby pomiędzy materiałem podstawowym obłożenia (który jest już podfoliowany) a wzmocnionym padem chłonnym nie było kolejnej, pośredniej warstwy folii, która znacząco ograniczałaby chłonność poszczególnych warstw znajdujących się w strukturze obłożenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. nr 2 – zestaw porodowy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy Protect 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)
- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
- 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 serwety nieprzylepne Protect 45 x 75 cm
- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m²
- 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy Molinea Plus 57 x 90 cm
- 1 tampon z gazy RTG Telasling rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. nr 3 – zestaw ginekologiczny wzmocniony – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna 290 x 250 cm z padem chłonnym, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 9 x 12 cm, wykonana z minimum 2 warstw, posiadająca dodatkowe wzmocnienia w obszarach krytycznych, gramatura materiału podstawowego 55 g/m², gramatura w obszarze wzmocnionym 110 g/m²
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego zgodnego z opisem Zamawiającego, jednak ze stolikiem Mayo posiadającym wzmocnienie 60 x 145 cm, a nie 60 x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do chirurgii dłoni / stopy:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160
- 1 serweta do operacji dłoni/stopy o wymiarach 200 x 150 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 3 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

10. Poz. nr 6 – zestaw do artroskopii barku z workiem zbierającym płyn – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm (wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m²)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stół Mayo w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

12. Poz. nr 7 – czy Zamawiający wymaga aby folia z której wykonana jest osłona na stół Mayo była piaskowana ? Piaskowanie folii zapobiega ślizganiu się osłony po stoliku Mayo i znacząco zwiększa komfort użytkownika serwety.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 7:

13. Poz. nr 9 – ochraniacze na obuwiu – prosimy o określenie ilości produktu jaką należy wycenić.

Odp.: 100 szt. asortymentu.

Pakiet nr 11:

14. Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)
- 1 x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz, 13 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do nakłucia lędźwiowego o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)
- 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza**Pakiet nr 21:**

17. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania emulsji do ciała typu woda w oleju, do codziennej pielęgnacji suchej, odwodnionej skóry, w tym u osób narażonych na przesuszenia z powodu długotrwałego unieruchomienia. Emulsja zawiera Kompleks Ochronny Nutriskin, który dostarcza nienasycone kwasy tłuszczowe i aminokwasy pozyskiwane z naturalnych olejów, kreatynę, naturalny olej migdałowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu w opakowaniach a' 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

19. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu do codziennej pielęgnacji suchej, łuszczącej się skóry, szczególnie kolan, stóp, łokci i dłoni, zawierającego w swym składzie kreatynę, olej migdałowy i pantenol, w opakowaniach a' 200 ml – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

20. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki do pielęgnacji i oczyszczania wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry, do użycia zamiast wody i mydła, posiadającej w swoim

składzie kreatynę oraz neutralizator zapachu – wolny od alergenów, który maskuje zapach moczu i potu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

21. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu w opakowaniach a' 400 ml – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

WZÓR UMOWY:

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w części dotyczącej **kar umownych**? Istotne postanowienia umowy w § 7 ust. 1 pkt 1 przewidują iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto całej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wnioskujemy o zmianę podstawy naliczania kar, tj. od wartości tej części danego cząstkowego zamówienia, co do której Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a nie od całej wartości zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot umowy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, zdaniem Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączony do SIWZ projekt umowy dopuszcza po stronie Zamawiającego możliwość realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej wartości zamówień cząstkowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia cząstkowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca Wykonawcę w związku z opóźnieniem w realizacji cząstkowego zamówienia okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody. Ponadto, jak wskazuje doktryna, uprawnienie zamawiającego do wprowadzania postanowień w umowie o karach umownych nie może być nadużywane, a tym samym prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się tegoż poprzez ustalanie rażąco wygórowanych kar umownych.

Mając powyższe na uwadze, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/