

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419760-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Siemiatycze: Jednostki rezonansu magnetycznego
2019/S 172-419760**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 152-374515)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
PL

ul. Szpitalna 8

Siemiatycze

17-300

Polska

Osoba do kontaktów: Krzysztof Prochowicz Paweł Kosinski

Tel.: +48 856552825

E-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl

Faks: +48 856552825

Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzozsiemiatycze.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/11/19

II.1.2) Główny kod CPV

33111610

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego, wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

(pierwsze piętro) w standardzie, kolorystyce oraz użytych materiałach przewidzianych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej (załącznik 1d do SIWZ)

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla w/w sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający wymogi refundacji przeprowadzanych badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Rudział III SIWZ.

Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia następujące punkty

Pkt 3.17

Pod pojęciem „wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM” Zamawiający chce aby wykonawca dokonał wszelkich prac związanych z pracami instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, ppoż., gazów medycznych, układu wentylacji zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM w pomieszczeniach pracowni RM z zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM, BHP oraz zgodnej ze sztuką budowlaną oraz po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczeń i w oparciu o zweryfikowaną przez siebie inwentaryzację powykonawczą tych pomieszczeń wykonaną przez generalnego wykonawcę rozbudowy budynków Zamawiającego.

Pkt 3.18.

Wykonawca dokona inwentaryzacji powykonawczej wszystkich pomieszczeń RM w tym sterowni i technicznych, uwzględniając wszelkie potrzeby związane z dostawą sprzętu rozproszonym instalacji wod.-kan., elektrycznej, ppoż., układu wentylacji zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM oraz pomieszczenia sterowni i technicznych, wraz z elementami niezbędnymi do funkcjonowania urządzenia.

Wykonawca sporządzi dokumentację wykonawczą (projektowo – budowlaną) oraz powykonawczą dotyczącą przeprowadzonych prac w pomieszczeniach pracowni RM z uwzględnieniem urządzeń posadowionych na zewnątrz budynku (takich jak np. agregat wody lodowej), za których posadowienie z prawidłowym podłączeniem z pracownią RM i siecią Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pkt 3.19.

Prace instalacyjne z pkt 3.17 opisu przedmiotu zamówienia oraz wykończeniowe, powinny zostać przeprowadzone w standardzie przewidzianym dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem kolorystyki, rodzaju tynków, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej – z zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM -oraz o standardzie użytych materiałów nie gorszym niż przewidziane w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1d do SIWZ) Zamawiający wraz z dokumentacją udostępnia na stronie wraz DWG I piętra.

Pkt 3.20.

Szczegółowe warunki związane z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM określają istotne postanowienia przyszłej umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

03/09/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 152-374515](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego, wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni radiologicznej w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro).

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla w/w sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający wymogi refundacji przeprowadzanych badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Rudział III SIWZ.

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego, wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM w nowo wybudowanym skrzydle placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (pierwsze piętro) w standardzie, kolorystyce oraz użytych materiałach przewidzianych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej (załącznik 1d do SIWZ)

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla w/w sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający wymogi refundacji przeprowadzanych badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Rudział III SIWZ.

Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia następujące punkty

Pkt 3.17

Pod pojęciem „wraz z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM” Zamawiający chce aby wykonawca dokonał wszelkich prac związanych z pracami instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, ppoż., gazów medycznych, układu wentylacji zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM w pomieszczeniach pracowni RM z zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM, BHP oraz zgodnej ze sztuką budowlaną oraz po dokonaniu wizji lokalnej pomieszczeń i w oparciu o zweryfikowaną przez siebie inwentaryzację powykonawczą tych pomieszczeń wykonaną przez generalnego wykonawcę rozbudowy budynków Zamawiającego.

Pkt 3.18.

Wykonawca dokona inwentaryzacji powykonawczej wszystkich pomieszczeń RM w tym sterowni i technicznych, uwzględniając wszelkie potrzeby związane z dostawą sprzętu rozproszonym instalacji wod.-kan., elektrycznej, ppoż., układu wentylacji zaprojektowanego do zasilenia pomieszczenia badań RM oraz pomieszczenia sterowni i technicznych, wraz z elementami niezbędnymi do funkcjonowania urządzenia.

Wykonawca sporządzi dokumentację wykonawczą (projektowo – budowlaną) oraz powykonawczą dotyczącą przeprowadzonych prac w pomieszczeniach pracowni RM z uwzględnieniem urządzeń posadowionych na zewnątrz budynku (takich jak np. agregat wody lodowej), za których posadowienie z prawidłowym podłączeniem z pracownią RM i siecią Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pkt 3.19.

Prace instalacyjne z pkt 3.17 opisu przedmiotu zamówienia oraz wykończeniowe, powinny zostać przeprowadzone w standardzie przewidzianym dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem kolorystyki, rodzaju tynków, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej – z zachowaniem przepisów prawa odnośnie pracowni RM -oraz o standardzie użytych materiałów nie gorszym niż przewidziane w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1d do SIWZ) Zamawiający wraz z dokumentacją udostępnia na stronie wraz DWG I piętra.

Pkt 3.20.

Szczegółowe warunki związane z dostosowaniem/adaptacją infrastruktury technicznej pomieszczeń pracowni RM określają istotne postanowienia przyszłej umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

Numer sekcji: II.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

45215143

Powinno być:

45215143

45300000-0

45400000-1

71200000-0

71320000-7

Numer sekcji: II.2.5

Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarncja / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na sprzęt i prace dostosowawcze/adaptacyjne (G) / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 10/09/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 19/09/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 10/09/2019

Czas lokalny: 10:10

Powinno być:

Data: 19/09/2019

Czas lokalny: 10:10

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**