



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 1-3

Siemiatycze 20.02.2020r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa implantów ortopedycznych dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/20

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 6 składałby się z pozycji 32, czyli grotokrętów Schanza oraz pozycji 33, czyli drutów Kirschnera trójgraniec. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Brak zgody na wydzielenie.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

1. Czy Zamawiający w rozdziale III pkt. 3.14-3.16 SIWZ doprecyzuje, iż wymóg udostępnienia napędów akumulatorowych dotyczy tylko tych pakietów dla których w formularzu cenowym został postawiony taki wymóg a tym samym w/w wymóg nie dotyczy pakietu nr 6?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza iż wymóg w rozdziale III pkt. 3.14-3.16 SIWZ dotyczy tylko tych pakietów dla których w formularzu cenowym został postawiony taki wymóg, a tym samym w/w wymóg nie dotyczy pakietu nr 6.

2. Czy Zamawiający w formularzu oferty pkt. 3 oraz w rozdziale XVIII pkt. 18.5 SIWZ wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z max. 5 dni na 20 dni roboczych w odniesieniu do asortymentu narzędziowego w poz. nr 20-27 w pakiecie nr 6?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu dostaw jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ: W przypadku dostawy specjalistycznego sprzętu narzędziowego, terminy dostawy będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym w dniu składania zamówienia. W przypadku pozostałego sprzętu będą obowiązywać terminy zgodnie z kryteriami oceny ofert

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy- dotyczy Pakietu nr 6:

1. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 8 pkt 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4 pkt 2 i pkt 4, że dwukrotny błąd dotyczy kolejnych po sobie dostaw podobnie jak ujęte zostało to w pkt 3?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze wzorem umowy.

3. Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

ODPOWIEDŹ: Brak zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający omyłkowo w Pakiecie nr 1 wymaga dodatkowo dostarczenia ostrzy : - ostrza do napędu De Soutter. Ostrza kompatybilne z napędem z De Soutter ? Ostrza nie mają zastosowania do asortymentu opisanego w poz. 1 tj. Systemy oczyszczania ran. Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu dostarczenia ostrzy do Pakietu nr 1.

Odp: Zamawiający przenosi powyższy wymóg do pakietu nr 4. poprawiony załącznik nr 2 będzie dostępny na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy, pakiety nr 3,4,5

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy dla pakietów nr 3,4,5, załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala . Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego lub innego podmiotu (niezależnego od wykonawcy) wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.


Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

Odpowiedź: Zgodnie z wskazanym wzorem umowy tj. z § 3 ust. 1 i 3 Wykonawca przekazuje endoprotezy do depozytu do banku Zamawiającego . Jednocześnie jak wynika z § 14 ust. 3 tego samego wzoru umowy w przypadkach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W tych okolicznościach należy wyjaśnić, że endoprotezy do czasu ich wykorzystania przez Zamawiającego jako własność Wykonawcy znajdują się jedynie w przechowaniu u Zamawiającego z konsekwencjami jakie dla umowy przechowania przewidują przepisy Kodeksu cywilnego. W szczególności odpowiedzialność przechowawcy w tym wypadku określają art. 837 – 841 Kodeksu cywilnego i mają one zastosowanie w przypadku tego wzorca umowy. Zamawiający odmawia wskazywania czegokolwiek innego jeszcze w treści wzorca umowy.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu deponowania „nowego” w rozumieniu „nigdy nie eksploatowanego” instrumentarium ? Zapewniamy ze wszystko nasze zestawy są z okresu ostatnich 3 lat, regularnie serwisowane, a poszczególne narzędzia wymieniane są na nowe w przypadku stwierdzenia określonego stopnia zużycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie


Dyrektor SP ZOZ
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

