



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, dnia 14.08.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy rozpoznania cenowego na „DOSTAWĘ FARTUCHÓW I MASEK DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/07/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen + folia PE) o gramaturze 40g/m²?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wszytymi trokami?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier z 4 etykietami przyklepnymi oraz wewnętrzne owinięcie włókninowe?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poziom pylenia 2,5log10?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paroprzepuszczalność 4389g/m²/24h?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL i XXL, gdzie rozmiar XXL ma długość 157cm?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wszytymi trokami?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier z 4 etykietami przyklepnymi oraz wewnętrzne owinięcie włókninowe?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poziom pylenia $2,5 \log_{10}$?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści paroprzepuszczalność $4389 \text{g/m}^2/24\text{h}$?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL i XXL, gdzie rozmiar XXL ma długość 157cm?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maskę na gumki lub na troki?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 2, poz. 1, 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby maski były odporne na promieniowanie UV?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza**

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

Dyrektor SP ZOZ
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk