



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze 15.05.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/04/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Dot. pakietu 1 poz. a)

1. Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 1 poz. a)** szew plecionka wchłanialna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite od 56 do 70 dni.

Parametry igieł, rozmiar i długość szwów zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 4

1. Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 4 poz. 2** stapler skórny pakowany 1 op.=6 szt.?

Wszystkie parametry staplera zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk
Andrzej Szewczuk