



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 15.05.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/04/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Dot. Pakietu 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w Pakietu na części, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1a)**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 80% pierwotnej siły, po 21 dniach około 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1a) poz. 13**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł o długości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1b)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów monofilamentowych syntetycznych wchłaniających, z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, niepowlekanych, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach: ok. 40%, czas wchłaniania 90-120 dni.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1c)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów monofilamentowych syntetycznych wchłaniających, z polidoksanonu, niepowlekanych, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach: ok. 75%, czas wchłaniania 180-210 dni.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1d)**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pakiet do osobnej części?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1e)**

Czy Zamawiający dopuści szwy szybkowchłaniające, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, plecione, syntetyczne ( z kwasu glikolowego, o czasie podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1 g)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1 h)**

Czy Zamawiający wszędzie gdzie wymaga igły tnącej dopuści igłę odwrotnie tnącą?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1h), poz. 21**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

*Andrzej Szewczuk*