



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze, 10.03.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/04/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 1, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści opaskę nawiniętą na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3 minuty, o czasie moczenia opaski około 5 sekund?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 13-18

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z rozcięciem „Y” (bez okrągłego otworu)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 1-13

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-13 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6cm x 5m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści przyklepic do łączenia brzegów ran w rozmiarze 6x75mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 14 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe z nitką rtg 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 3, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe z nitką rtg 17 nitkowe 16 warstwowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 12 warstwowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wstępnie praną 20 nitkową 4 warstw. w rozmiarze 45x45cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serweta była po praniu technologicznym oraz wstępnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 161g/m², spełniający pozostałe parametry?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 10 sztukami tupferów gazowych 30cm x 30cm bez nitki RTG, spełniający pozostałe parametry?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną dwuwarstwową do znieczulenia przewodowego o wymiarach 75cm x 90cm z otworem w centralnej części serwety 10cm x 15cm. Serweta posiada 4 przylepce na rogach serwety?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem o średnicy 6cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 70 x 120cm, wykonaną z włókniny SMS, pakowaną a'2 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m² w kolorze niebieskim, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany z tyłu nva szyi na standardowy rzep?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o IB=3,2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przesiąkanie płynów na wzmocnieniach min. 66H₂O?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 45g/m² ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przesiąkanie płynów na wzmocnieniach min. 65H₂O?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o IB=4,49?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 4-9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 13

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 13 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przezroczystego polikarbonu. Bez regulacji zauszników. Posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach. Zaokrąglone krawędzie. Niesterylne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji kończyny o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę tylko w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę o odporności na wypychanie na sucho min. 106 Kpa?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie tylko w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie o odporności na wypychanie na sucho min. 106 Kpa?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 80m z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 15x15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 30x30cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy z nitką RTG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/