



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 5

Siemiatycze, 10.03.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/04/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 1, poz. 1-3,11-18

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,11-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

pakiet 1, poz. 11-12

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 13-18

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 2, poz. 14

Czy zamawiający wydzieli poz.14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 14

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3,poz. 2

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3,poz. 2

Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz.3

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z obu stron?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. niejałowe

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. jałowe

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. jałowe

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, ,

które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 6

Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nitkowe 12 warstwowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści podkłady o chłonności 550 ml, o wymiarze 60 x 90 cm, pakowane po 25 szt.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 17, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

*Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*