



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, 07.05.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
SIEMIATYCZACH”

„DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/20

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 5 jednorazowej półmasksi do ochrony dróg oddechowych typu KN95?

Oferowana maska jest wyrobem medycznym, technicznie zgodnym, z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG, z normą EN14683 oraz 19083.

Typ IIR - posiada poziom filtracji $\geq 98\%$ (testy z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami dla maki FFP2, a nowe wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 6 jednorazowej półmasksi do ochrony dróg oddechowych typu KN95?

Oferowana maska jest wyrobem medycznym, technicznie zgodnym, z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG, z normą EN14683 oraz 19083.

Typ IIR - posiada poziom filtracji $\geq 98\%$ (testy z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami dla maki FFP2, a nowe wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.




Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

Skład:	Ilość
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	5
- Maseczka chirurgiczna z gumką, niebieska	1
- Pęseta plastikowa zielona 13cm	1
- Tupfer gazowy 20/19	5
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M	2
- Serweta podfoliowana Hospidrape 45x75cm	1

Kompresy, tuffery i kleszcze owinięte w serwetę i razem z pozostałymi komponentami umieszczone w opakowaniu twardej blister, 2 etykiety TAG



Odp.: Zamawiający dopuszcza

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/