



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze, 08.05.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/20

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pakiet nr 1:

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących parametrach:
Sterylny, pełnoochronny fartuch z włókniny typu SMS, o gramaturze materiału podstawowego min. 40g/m², wzmocnienia min. 42 g/m² zapinany na rzep z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha, rękawy zakończone elastycznym dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar M – XXL (długość największego rozmiaru min. 147cm). Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H₂O, na wzmocnieniach min. 165 H₂O, BI materiału wzmocnionego = 6. Fartuch zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania, opakowanie folia/papier z dwiema etykietami przyklepnymi.
Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyceny 10 fartuchów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o następujących parametrach:
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny typu SMS; gramatura minimum 40g/m². Fartuch zapinany u góry zapinany na rzep z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL (długość największego rozmiaru min. 147cm). Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H₂O natomiast BI =3,1. Opakowanie z dwoma ręczniczkami, fartuch zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania, opakowanie folia/papier z dwiema etykietami przyklepnymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

3. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków pakowanych a' 60 sztuk – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny wiskozowej i w kolorze aqua?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maseczki zgodnej z opisem, ale w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2:

6. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu o następujących parametrach: bluza chirurgiczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 44g/m², antystatycznej, o odporności na wypychanie – na sucho min. 126 kPa, wysokiej czystości pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepylącej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log₁₀ wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 4350 g/m²/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Bluza krótki rękaw, pod szyją wycięcie "V", kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze. Kolor niebieski i zielony – nieprzezroczysty, rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu o następujących parametrach: spodnie chirurgiczne jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 44g/m², antystatycznej, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 126 kPa, wysokiej czystości pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepylącej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log₁₀ wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 4350 g/m²/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Spodnie ściągane tasiemką, 2 kieszenie boczne. Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze. Kolor niebieski i zielony – nieprzezroczysty, rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy? Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

- a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
- b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj

zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
- d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
- e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Zwracamy się ponadto do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1 b), c), d) umowy, poprzez zmianę podstawy wyliczania kar umownych i naliczanie ich w wysokości 0,1% wartości brutto tej części zamówienia której dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy także o zmianę w § 7 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy i zastąpienie wyrażenia „10% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

UWAGA! WYKONAWCA, KTÓRY SKŁADA OFERTĘ PO DOPUSZCZENIACH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W FORMULARZU, ZESTAW PYTAŃ NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DOPUSZCZENIE, A JEŚLI TO NIEZBĘDNE POWINIEN PRZELICZYĆ ILOŚĆ SZT. W STOSUNKU DO OPAKOWAŃ.

Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/