



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 1-5

Siemiatycze 02.03.2020r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

UCZESTNICZY ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/01/20

ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1. Czy zamawiający dopuści taśmy posiadające wskaźnik przebarwiający się z koloru czerwonego na czarny?
Odp. Nie dopuszcza
2. Dotyczy pakietu nr 6 poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Nie dopuszcza
3. Dotyczy pakietu nr 6 poz. nr 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych nasycony zawiesina spor bakteryjnych 105. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.
Odp. Nie dopuszcza
4. Dotyczy pakietu nr 7 czy zamawiający dopuści testy, w których w przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.
Odp. Dopuszcza nie wymaga
5. Dotyczy §7 ust 1 punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy.
Odp. Nie dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 2

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?
Odp. Nie dopuszcza
2. Dotyczy pakietu nr 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu
Odp. TAK
3. Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taśmy o szerokości 24mm?

Odp. TAK

4. Dotyczy pakietu nr 6, pozycji nr 1:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. TAK

5. Dotyczy pakietu nr 6, pozycji nr 1:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. TAK

6. Dotyczy pakietu nr 6, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby test zawierał arkusz wczesnego ostrzegania wykrywający już pierwsze błędy pracy sterylizatora?

Odp. Dopuszcza nie wymaga

7. Dotyczy pakietu nr 6 pozycji nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V/VI posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?

Odp. Dopuszcza nie wymaga

8. Dotyczy pakietu nr 6, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?

Odp. Dopuszcza nie wymaga

9. Dotyczy pakietu nr 6, pozycji nr2:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. TAK

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Pakiet nr 9, pozycja nr 1.

Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 9, pozycji nr 1 ma na myśli wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie – nie dłuższym niż 25 minut, kompatybilnym z posiadanym autoczytnikiem i jego instrukcją, model 490

Odp. Wskaźnik biologiczny o odczycie 1 godziny kompatybilny z autoczytnikiem 490

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Dotyczy pakietu nr 6:

1. Pozycja nr 2.

Czy zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt? Liczba opakowań zapewni wymaganą w specyfikacji ilość. Mniejsze opakowania ułatwiają optymalizację miejsca pracy.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

ZESTAW PYTAŃ NR 5

1. **Pakiet 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści torby papierowo-foliowe płaskie w rozmiarze 210-400mm w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §7 pkt 1.1) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

Odp. Brak zgody

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §7 pkt 1.1) słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Brak zgody

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §7 pkt 1.3) naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Brak zgody

Z poważaniem
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki i Rehabilitacji w Szpitalach
Dyrektor SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
Andrzej Szewczuk

