



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Sygnatura sprawy SP ZOZ BP/04/21

Siemiatycze, dnia 11.05.2021r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści ogłoszenia o rozpoznaniu cenowym.

Dotyczy: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”. Zamawiający informuje, że, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Dot. Pakietu 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w Pakietu na części, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu 1a)

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 1a)

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach, gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1a) poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą o długości 19mm, długość szwu 75cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1a) poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 75cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1b)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów monofilamentowych syntetycznych wchłaniających, z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, niepowlekanych, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach: ok. 40%, czas wchłaniania 90-120 dni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1c)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów monofilamentowych syntetycznych wchłaniających, z polidoksanonu, niepowlekanych, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach: ok. 75%, czas wchłaniania 180-210 dni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1d)

Czy Zamawiający wydzieli ww. pakiet do osobnej części?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1 f)

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1h)

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach, gdzie wymagana jest igła tnąca, również igłę odwrotnie tnącą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 1h), poz. 21

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dot. pakietu 1 poz. a)

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23-26, 31-33, 37-42, 45-50 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 1 poz. b)

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 2, 4 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 1 poz. c)

3. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 2 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 1 poz. e)

4. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 1 poz. f)

5. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dot. pakietu 1 poz. g)

6. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1, 3, 4, 9-11, 13, 14, 16, 17, 19 nitkę pakowaną pojedynczo w saszetce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów tytanowych dostarczanych w zasobnikach zawierających 6 sztuk klipsów, zasobniki pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym, ilość opakowań zbiorczych – 3.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu